Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17945914-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Зертханалық шығын материалдарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88521917-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Түтікше |
| **Лоттың сипаттауы:** | шыныдан жасалған, типі П3, сыйымдылығы 5-100 см3 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 50 мл пробиркалар |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Республика 56/1 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасасқаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Атауы: Зертханалық центрифугалық сынауық.<br>Номиналды көлемі – 50 мл. Сынауық материалы – химиялық әсерге төзімді полипропилен (PP). Қақпағы – полипропилен немесе полиэтилен. Түбі конус тәрізді. Қақпағы бұрандалы, жалпақ, тығыз жабылатын. Құрылымы – градуировкасы бар мөлдір немесе жартылай мөлдір пластик сынауық. Шкаласы айқын, оқуға ыңғайлы, миллилитрмен белгіленген. Үлгілерді таңбалауға арналған өріс міндетті. Центрифугалауға төзімділігі – кемінде 9 000 × g (RCF). Стерильді, бір рет қолданылады. Сынауық центрифугалауға және үйлесімді зертханалық ерітінділермен жұмысқа жарамды болуы керек. Қақпақ өндіруші белгілеген пайдалану жағдайларында ішіндегісінің ағуын болдырмай, тығыз жабылуы тиіс. Қаптамада – 25 сынауық және 25 бұрандалы қақпақ. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17945914-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение лабораторных расходных материалов |
| **Номер лота:** | № 88521917-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Пробирка |
| **Описание лота:** | из стекла, тип П3, вместимость 5-100 см3 |
| **Дополнительное описание лота:** | Пробирка 50 мл |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 711310000, г.Астана, район Сарыарка Республика 56/1 |
| **Срок поставки:** | в течении 30 календарных дней после заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование: Пробирка центрифужная лабораторная.<br>Номинальный объём: 50 мл.<br>Материал пробирки: полипропилен (PP), химически стойкий.<br>Материал крышки: полипропилен или полиэтилен.<br>Форма дна: коническая.<br>Тип крышки: винтовая, плоская, обеспечивающая плотное закрытие.<br>Конструкция: прозрачная или полупрозрачная пластиковая пробирка с градуировкой.<br>Градуировка: чёткая, читаемая, с обозначением объёма в миллилитрах.<br>Наличие поля для маркировки образцов: обязательно.<br>Устойчивость к центрифугированию: не менее 9 000 × g (RCF).<br>Стерильность: стерильные.<br>Использование: одноразовое. |