Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945914-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88521776-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Түтікше
Лоттың сипаттауы:	шыныдан жасалған, типі П3, сыйымдылығы 5-100 см3
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зертханалық шыны пробирка, цилиндрлік
Саны, көлемі:	77
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Республика 56/1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Цилиндр пішінді шыны зертханалық сынауық. Номиналды сыйымдылығы – 21 ± 2 мл, рұқсат етілген сыйымдылығы – 19–23 мл. Биіктігі 145–155 мм, сыртқы диаметрі 15–17 мм. Материалы – НС-1 маркалы химиялық әсерге төзімді зертханалық шыны. Пішіні – түбі дөңгелек цилиндр. Шынысы мөлдір, түссіз. Мойын жиегі тегіс, кетіксіз және өткір қырсыз. Жабылуы – алынбалы конус тәрізді тығын. Тығын материалы – табиғи немесе престелген тығын ағашының қабығы. Тығын биіктігі 14–16 мм; үстіңгі диаметрі 17–19 мм; астыңғы диаметрі 13–15 мм. Тығын сынауық мойнына сәйкес келіп, тығыз жабылуын қамтамасыз етуі тиіс. Стерильденбеген, көп рет қолданылады. Қаптамада – 100 сынауық және оларға сәйкес 100 тығын. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Шыны беті тегіс, жарықсыз, кетіксіз, көпіршіксіз және пайдалану қасиеттеріне әсер ететін өзге ақауларсыз болуы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945914-1
Наименование закупки:	Приобретение лабораторных расходных материалов
Номер лота:	№ 88521776-ЗЦП1
Наименование лота:	Пробирка
Описание лота:	из стекла, тип П3, вместимость 5-100 см3
Дополнительное описание лота:	Пробирка лабораторная стеклянная, цилиндрическая
Количество:	77
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Республика 56/1
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: пробирка лабораторная стеклянная, цилиндрическая. Номинальная вместимость: 21 мл ± 2 мл. Допустимая вместимость: не менее 19 мл и не более 23 мл. Высота пробирки: не менее 145 мм и не более 155 мм. Наружный диаметр: не менее 15 мм и не более 17 мм. Материал изготовления: химически стойкое лабораторное стекло марки НС-1. Форма: цилиндрическая, с круглым дном. Цвет стекла: прозрачное, бесцветное. Край горловины: ровный, без сколов и острых кромок. Тип закрытия: съёмная корковая пробка конусной формы. Материал пробки: натуральная или прессованная пробковая кора. Высота пробки: не менее 14 мм и не более 16 мм. Верхний диаметр пробки: не менее 17 мм и не более 19 мм. Нижний диаметр пробки: не менее 13 мм и не более 15 мм. Пробка должна соответствовать горловине пробирки и обеспечивать плотное закрытие. Стерильность: нестерильные. Использование: многоразовое. Количество пробирок в упаковке: 100 штук. Комплектация: стеклянные пробирки с соответствующими корковыми пробками. Количество корковых пробок: 100 штук на 100 пробирок. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Поверхность стекла должна быть гладкой, без трещин, сколов, пузырей и иных дефектов, влияющих на эксплуатационные свойства.