Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18002463-1
Сатып алудың атауы:	Бу стерилизаторына (Азопирам)арналған шығыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82158824-ОИЗ
Лоттың атауы:	Азопирам
Лоттың сипаттауы:	сұйықтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық құралдар бұйымдарын зарарсыздандыру алдындағы тазалау сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Демченко көшесі, 83Б
Жеткізу мерзімі:	Келісімге қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қанның жасырын іздерін, тот іздерін, ағартқыштары бар кір жуғыш затты, тотықтырғыштарды (хлорамин, хлорлы әк және т.б.) өсімдік тектес пероксидті (өсімдік қалдықтары) және медициналық мақсаттағы бұйымдардағы қышқылдарды анықтау үшін қолданылады, олар зарарсыздандыруға дайындалған медициналық бұйымдарда жеткілікті мұқият зарарсыздандыру алдындағы тазарту нәтижесінде қалуы мүмкін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18002463-1
Наименование закупки:	Закуп расходных материалов для паровой стерилизатора (Азопирам)
Номер лота:	№ 82158824-ОИЗ
Наименование лота:	Азопирам
Описание лота:	жидкость
Дополнительное описание лота:	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинских инструментов
Количество:	20
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район улица Демченко, 83Б
Срок поставки:	С момента подписания договора в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Используется для выявления скрытых следов крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорная известь и т.д.) пероксида растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения, которые могли остаться на приготовленных к стерилизации медицинских изделий в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки