Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17701436-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық газ жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге арналған мамандандырылған мүлік (құрал-саймандар)
Лоттың нөмірі:	№ 88053134-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шығын өлшегіш
Лоттың сипаттауы:	құйын тәрізді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оттегінің құйынды шығын өлшегіші, шартты өтуі Ду40, монтаждаумен бірге. Оттегі шығынын өлшеуге арналған. ода, условный проход Ду40, с установкой — ГОСТ 8.143-2011 (или ГОСТ 28723-90, ГОСТ 12.2.052-81 / СТ РК OIML R 137-1-2014
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оттегінің құйынды шығын өлшегіші, шартты өтуі Ду40, монтаждаумен бірге. Оттегі шығынын өлшеуге арналған. ода, условный проход Ду40, с установкой — ГОСТ 8.143-2011 (или ГОСТ 28723-90, ГОСТ 12.2.052-81."Қондырғысы бар оттегі шығынын өлшегіш (Du40) * Құрылғы түрі: Премиум құйынды шығын өлшегіш. * Негізгі метрологиялық және жұмыс параметрлері * Номиналды диаметрі (du / DN): 40 мм • Өлшеу қателігі (газдар үшін): (1,0% қателік) өлшенетін мәннен (газдар үшін негіз). Белгілі бір жұмыс қысымына калибрлеу кезінде дәлдік жоғарылайды * Нәтижелердің қайталануы: (0,1%) * Газ ағынының жылдамдық диапазоны (DN40 үшін): 2 м/с-тан (минималды сезімталдық шегі) 55 м/с-қа дейін (максималды шегі). * Ортаның жұмыс қысымы: стандартты түрде 100 барға дейін (10 МПа). Сіздің 15 бар талабыңыз үлкен сенімділік маржасымен сәйкес келеді • Конструктивті материалдар және қауіпсіздік (медициналық орындау) өлшеу құбыры мен фланец Материалы: 1.4404 / 316L аустениттік класты жоғары сапалы тот баспайтын болат.сенсор Материалы (құйынды түрлендіргіш): 1.4435 / 316L тот баспайтын болат.оттегіге дайындық: ""Oxygen service""арнайы зауыттық орындалуы. Құрылғының ішкі қуыстары" Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге жатады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17701436-1
Наименование закупки:	Специализированный инвентарь для технического обслуживания медицинских газовых систем
Номер лота:	№ 88053134-ЗЦП1
Наименование лота:	Расходомер
Описание лота:	вихревой
Дополнительное описание лота:	Вихревой расходомер кислорода, условный проход Ду40, с установкой. Предназначен для измерения расхода кислорода. ода, условный проход Ду40, с установкой — ГОСТ 8.143-2011 (или ГОСТ 28723-90, ГОСТ 12.2.052-81 / СТ РК OIML R 137-1-2014
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вихревой расходомер кислорода, условный проход Ду40, с установкой. Предназначен для измерения расхода кислорода. ода, условный проход Ду40, с установкой — ГОСТ 8.143-2011 (или ГОСТ 28723-90, ГОСТ 12.2.052-81 / СТ РК OIML R 137-1-2014."Расходомер кислорода с установкой (Ду40) Тип прибора: Премиальный вихревой расходомер. Основные метрологические и рабочие параметры Номинальный диаметр (Ду / DN): 40 мм Погрешность измерений (для газов): (погрешность 1,0%) от измеряемого значения (базовая для газов). При калибровке под конкретное рабочее давление точность повышается Повторяемость результатов: (0,1%) Диапазон скоростей потока газа (для DN40): от 2 м/с (минимальный порог чувствительности) до 55 м/с (максимальный предел). Рабочее давление среды: до 100 бар (10 МПа) в стандартном исполнении. Ваше требование в 15 бар перекрывается с огромным запасом надежности Конструктивные материалы и безопасность (Медицинское исполнение) Материал измерительной трубы и фланцев: Высококачественная нержавеющая сталь аустенитного класса 1.4404 / 316L.Материал сенсора (вихреобразователя): Нержавеющая сталь 1.4435 / 316L.Кислородная подготовка: Специальное заводское исполнение ""Oxygen service"". Внутренние полости прибора проходят полное химическое обезжиривание для исключения возгорания при контакте с чистым (O2). Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.