Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88803880-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Динамометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық, электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МЕДИЦИНАЛЫҚ ЭЛЕКТРОНДЫ ҚОЛ ДИНАМОМЕТРІ. Құрылғы құрамында: динамометр (күш өлшегіш және қашықтан басқару пульті), нұсқаулық бар. Техникалық сипаттамалары • Максималды өлшеу шегі (MML), daN 120 • Минималды өлшеу шегі (MML), daN 2 • Тексеру аралығы (e) және оқу ажыратымдылығы (dd), daN 0.5 • Бастапқы тексеру және пайдалану кезіндегі рұқсат етілген қателік шегі, daN ±1 • Пайдаланылмаған кезде автоматты түрде өшіру уақыты, мин, 5-тен аспайды • Өлшеу кезінде дисплейде күш мәнін жазу уақыты, сек 5 • Күш мәнін көрсету сандарының саны 4 • АА батареяларынан қуат көзі (әрқайсысы 1,5 В), дана 3 • Жалпы өлшемдері, мм, аспайды: • Қашықтан басқару панелі 230х150х60 • Динамометр 110х60х25 • Салмағы, кг 0,5-тен аспайды
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕДИЦИНАЛЫҚ ЭЛЕКТРОНДЫ ҚОЛ ДИНАМОМЕТРІ. Құрылғы құрамында: динамометр (күш өлшегіш және қашықтан басқару пульті), нұсқаулық бар. Техникалық сипаттамалары • Максималды өлшеу шегі (MML), daN 120 • Минималды өлшеу шегі (MML), daN 2 • Тексеру аралығы (e) және оқу ажыратымдылығы (dd), daN 0.5 • Бастапқы тексеру және пайдалану кезіндегі рұқсат етілген қателік шегі, daN ±1 • Пайдаланылмаған кезде автоматты түрде өшіру уақыты, мин, 5-тен аспайды • Өлшеу кезінде дисплейде күш мәнін жазу уақыты, сек 5 • Күш мәнін көрсету сандарының саны 4 • АА батареяларынан қуат көзі (әрқайсысы 1,5 В), дана 3 • Жалпы өлшемдері, мм, аспайды: • Қашықтан басқару панелі 230х150х60 • Динамометр 110х60х25 • Салмағы, кг 0,5-тен аспайды / ГОСТ 22224-83 Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88803880-ЗЦП1
Наименование лота:	Динамометр
Описание лота:	медицинский, электронный
Дополнительное описание лота:	ДИНАМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РУЧНОЙ. Комплектация прибора: динамометр (силоизмеритель и выносной пульт управления), руководство по эксплуатации. Технические характеристики • Наибольший предел измерения (НПИ), даН 120 • Наименьший предел измерения (НмПИ), даН 2 • Цена поверочного деления (e) и дискретность отсчета (dd), даН 0,5 • Предел допускаемой погрешности при первичной поверке и при эксплуатации, даН ±1 • Время автоматического отключения питания при не использовании, мин, не более 5 • Время фиксирования величины силы на табло индикации при измерении, сек 5 • Количество разрядов индикации значения силы 4 • Электрическое питание от элементов питания типа АА (по 1,5 В), шт 3 • Габаритные размеры, мм, не более: • Выносного пульта управления 230х150х60 • Динамометра 110х60х25 • Масса , кг не более 0,5
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ДИНАМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РУЧНОЙ. Комплектация прибора: динамометр (силоизмеритель и выносной пульт управления), руководство по эксплуатации. Технические характеристики • Наибольший предел измерения (НПИ), даН 120 • Наименьший предел измерения (НмПИ), даН 2 • Цена поверочного деления (e) и дискретность отсчета (dd), даН 0,5 • Предел допускаемой погрешности при первичной поверке и при эксплуатации, даН ±1 • Время автоматического отключения питания при не использовании, мин, не более 5 • Время фиксирования величины силы на табло индикации при измерении, сек 5 • Количество разрядов индикации значения силы 4 • Электрическое питание от элементов питания типа АА (по 1,5 В), шт 3 • Габаритные размеры, мм, не более: • Выносного пульта управления 230х150х60 • Динамометра 110х60х25 • Масса , кг не более 0,5 ГОСТ 22224-83 Согласовать с заказчиком