Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18003907-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Негізгі құралды мемлекеттік сатып алу. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87935342-ОИЗ |
| **Лоттың атауы:** | Сәулелендіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Техникалық сипаттамаға сәйкес келетін тасымалды ультракүлгін кварц сәулелендіргіші |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711210000, Астана қ., Есіл ауданы Ахмет Байтұрсынұлы көшесі 41/1; |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, егер Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіміне енгізілген болса, тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Ультракүлгін сәулелендіргіш<br>Кварцты ультракүлгін сәулелендіргіш — жергілікті және қуыс ішілік сәулелендіруге арналған көпфункционалды физиотерапиялық құрылғы. Бұл емшара тыныс алу жүйесінің, басқа да түрлі ағзалардың қабыну ауруларын, сондай-ақ тері ауруларын диагностикалау және емдеу үшін тағайындалады.<br>Негізгі техникалық сипаттамалары<br>Шам түрі: DKBU-7.<br>Сәулеленудің тиімді диапазоны: 180–275 нм (қысқа толқынды).<br>Электр желісінен тұтынылатын қуат: 300 ВА-дан аспайды. Жұмыс режиміне шығу үшін қажетті қыздыру уақыты: шам жанған сәттен<br>бастап 1 минуттан аспайды.<br>Құрылғы тәулігіне 8 сағат бойы циклдік режимде жұмыс істеуге арналған: 10 минут жұмыс және одан кейін 15 минуттық үзіліс.<br>Сәулелендіргіштің габариттік өлшемдері: 275 × 145 × 140 мм-ден аспайды.<br>Құрылғының толық жиынтығының салмағы: 1 кг-нан аспайды.<br>220 В желілік кернеумен (жиілігі 50 Гц) жұмыс істейді.<br>Қорғаныш көзілдірігі (УФ-сәулеленуден қорғайтын) – 1 дана. Шығу саңылауының диаметрі 5 мм болатын емдеу конусы (түтігі) – 1 дана. Шығу саңылауының диаметрі 15 мм болатын емдеу конусы (түтігі) – 1 дана. Шығу саңылауы 60° бұрышпен орналасқан емдеу конусы (түтігі) – 1 дана. Биодозиметр – 1 дана. Жапқыш – 1 дана.<br>- Жеткізуші көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін тауарлардың жеткізілуін қамтамасыз етуі тиіс.<br>- Тауарларда механикалық зақымдар болмауы қажет.<br>- Жеткізілген тауарларға кепілдік мерзімі олар Тапсырыс берушінің қоймасына жеткен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік айды құрайды.<br>- Тауарларға сәйкестік сертификаттары болуы тиіс.<br>- Тауарлар Қазақстан Республикасының Медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелуі (немесе ЕАЭО шеңберінде жарамды тіркеу куәлігі болуы) қажет. Медициналық бұйымдарға қойылатын электр қауіпсіздігі стандарттарының сақталуы талап етіледі. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18003907-1 |
| **Наименование закупки:** | Государственный закуп основных средств. |
| **Номер лота:** | № 87935342-ОИЗ |
| **Наименование лота:** | Облучатель |
| **Описание лота:** | бактерицидный, ультрафиолетовое излучение |
| **Дополнительное описание лота:** | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый портативный согласно технической спецификации |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711210000, г.Астана, район Есиль  улица Ахмет Байтұрсынұлы 41/1; |
| **Срок поставки:** | В течении 16 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком в случае, если Поставщик находится в реестре Казахстанских товаропроизводителей, срок 60 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Ультрафиолетовый облучатель<br>Облучатель ультрафиолетовый кварцевый – многофункциональный физиотерапевтический прибор, предназначенный как для местного, так и для внутриполостного облучения. Данная процедура назначается при диагностике и лечении воспалительных заболеваний дыхательной системы, различных органов, болезней кожи.<br>Основные характеристики<br>Лампа типа ДКБУ-7.<br>Эффективный диапазон излучений 180-275 нм (коротковолновый).<br>Потребляемая от сети питания мощность не более 300 ВА.<br>Время установления рабочего режима изделия не превышает 1 мин с момента загорания лампы облучателя.<br>Изделие обеспечивает работу в течение 8 часов в сутки в циклическом режиме – 10 минут работа – 15 минут перерыв.<br>Габаритные размеры облучателя: не более 275х145х140 мм. Масса комплекта не более: 1 кг.<br>Питание от сети 220 В, частота 50 Гц.<br>Очки защитные от УФ облучения – 1 шт.<br>Тубус с выходным отверстием Ø5 мм – 1 шт.<br>Тубус с выходным отверстием Ø15 мм – 1 шт.<br>Тубус с выходным отверстием под углом 60° – 1 шт.<br>Биодозиметр – 1 шт.<br>Заслонка – 1 шт.<br>- Поставщик должен обеспечить поставку товара, соответствующего указанным техническим характеристикам.<br>- Товар должен без механических повреждений.<br>- Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика.<br>- Сертификаты соответствия на Товар.<br>- Товар должен быть зарегистрирован в Государственном реестре медицинских изделий Республики Казахстан (или иметь действующее регистрационное удостоверение в рамках ЕАЭС). Соответствие стандартам электробезопасности медицинских изделий. |