Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450771-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82019809-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Контейнер
Лоттың сипаттауы:	биологиялық материалды жинау үшін, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	EDPO контейнерінің сыйымдылығы 5 л
Саны, көлемі:	22
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалар полимерлі дезинфекциялық контейнерге арналған ҚР Ұлттық стандарты: Жоқ. Мемлекетаралық стандарт: Жоқ. Сапа сипаттамалары: Медициналық құрылғыларды дезинфекциялау және алдын ала зарарсыздандыруға арналған EDPO 5-01 немесе баламалы полимерлі контейнер түрі. Корпус мөлдір емес полимерлі материалдан жасалуы керек. Техникалық сипаттамалар: Жалпы өлшемдері: 394 x 260 x 156 мм Пайдалы көлемі: 5 л. Ішкі науа өлшемдері: 255 x 200 x 125 мм. Ішкі науаның диагональды өлшемдері: 375 мм. Құрамына кіреді: • Корпус - мөлдір емес полимерлі контейнер; • Перфорацияланған науа; • Қысым пластинасы; • Қақпақ. Функционалдық сипаттамалары: Перфорацияланған науа медициналық құрылғыларды дезинфекциялық ерітіндіге батыруға мүмкіндік беруі керек, бұл өңдеуден кейін ерітіндінің еркін айналымын және ағып кетуін қамтамасыз етуі керек. Қысым пластинасы өңделген құрылғылардың толық батырылуын қамтамасыз етуі керек. Қақпақ дезинфекциялық ерітіндінің булануын және медициналық персоналдың ингаляциялық әсерін шектеуі керек. Контейнердің дизайны науаны ерітіндімен тікелей жанаспай алып тастауға мүмкіндік беруі керек. Өнімділік сипаттамалары: Медициналық құрылғыларды дезинфекциялау және стерилизация алдында өңдеу үшін. Өнімді жеткізу алдында тұтынушымен мақұлдау міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450771-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 82019809-ЗЦП1
Наименование лота:	Контейнер
Описание лота:	для сбора биологического материала, пластиковый
Дополнительное описание лота:	Емкость-контейнер ЕДПО 5 л
Количество:	22
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на полимерную емкость-контейнер для дезинфекции Национальный стандарт Республики Казахстан — отсутствует. Межгосударственный стандарт — отсутствует. Качественные характеристики: Полимерная емкость-контейнер типа ЕДПО 5-01 или эквивалент для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Корпус должен быть изготовлен из непрозрачного полимерного материала. Технические характеристики: Габаритные размеры — 394х260х156мм Полезный объем — 5 л. Внутренние размеры поддона — 255 × 200 × 125 мм. Внутренний размер поддона по диагонали — 375 мм. Комплектность: • корпус — непрозрачная полимерная емкость; • перфорированный поддон; • пластина-гнет; • крышка. Функциональные характеристики: Перфорированный поддон должен обеспечивать погружение медицинских изделий в дезинфицирующий раствор, свободную циркуляцию и стекание раствора после обработки. Пластина-гнет должна обеспечивать полное погружение обрабатываемых изделий. Крышка должна ограничивать испарение дезинфицирующего раствора и ингаляционный контакт медицинского персонала с ним. Конструкция контейнера должна позволять извлекать поддон без непосредственного контакта рук с раствором. Эксплуатационные характеристики: Для проведения дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Обязательное согласование товара с Заказчиком до поставки.