Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17660951-1
Тендер атауы:	реагенттер жиынтығын (СЭБ) сатып алу
Лоттың №:	№ 87924848-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық

Нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен ДНК Rickettsia species-ПТР анықтауға арналған реагенттер жиынтығы Rickettsia species-ПТР Ашық түссіз немесе ашық сирень түстен ашық қызғылт түске дейін 8 мг мөлдір түссіз сұйықтық Құрамында ерекше ДНК фрагменттері бар Rickettsia species (гендік-инженерлік құрылымдар құрамында 80 мкл, «ОК» - теріс бақылау: Мөлдір түссіз сұйықтық 80+ -10 мкл. Жиынтық құрамы: • «ПТР-микс» - құрамында дНТФ, ПТР-буфер, ШҚО, олигонуклеотидті праймерлер мен зондтар бар ерітінді • «ПК рХО1» - оң бақылау • «ПК рХО2» - оң бақылау • «ОК» теріс бақылау • «Taq полимераза» - Taq полимераза ферменті • «Минералды май» Реакциялық қоспаның 25 мкл көлемінде бақылау үлгілерін қоса алғанда, 8 анықтама бойынша 12 тәуелсіз ПТР қоюға болады. Аспаптық база: «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio Rad», АҚШ), «Rotor-Gene» («QIAGEN», Германия) Арналар: FAM/Green, R6G/JOE/HEX/VIC/Yellow, ROX/Orange

Жиынтықтың жарамдылық мерзімі - шығарылған күнінен бастап 12 ай.
Жинақты тасымалдау +2ºС-тан +8ºС-қа дейінгі температурада 3 тәуліктен аспайтын уақытқа рұқсат етіледі.

Жеткізу кезіндегі міндетті шарт:

- Тіркеу куәлігін қолма-қол беру.

- ҚР ДСМ ҚМҚК «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК берген өнімнің сәйкестік сертификаты

- Қолдану жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы

Сақтау және тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған қаптамаға қойылатын талаптар: картон қаптама

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17660951-1
Наименование Тендера:	приобретение набора реагентов (СЭБ)
№ лота:	№ 87924848-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Пасты для лепки; воск зубоврачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

Набор реагентов для выявления ДНК Rickettsia species методом ПЦР в режиме реального времени Rickettsia species-ПЦР, Прозрачная бесцветная или слегка опалесцирующая жидкость от светло-сиреневого до светло-розового цвета без посторонних включений 8 мг, Прозрачная бесцветная жидкость, содержащая специфические фрагменты ДНК Rickettsia species (в составе генно-инженерных конструкций 80 мкл, «ОК» - отрицательный контроль: Прозрачная бесцветная жидкость 80+ -10 мкл. Состав набора: • «ПЦР-микс» - раствор, содержащий дНТФ, ПЦР-буфер, ВКО, олигонуклеотидные праймеры и зонды • «ПК рХО1» – положительный контроль • «ПК рХО2» – положительный контроль • «ОК» отрицательный контроль • «Taq полимераза» - фермент Taq полимераза • «Минеральное масло» Возможно 12 независимых постановок ПЦР по 8 определений, включая контрольные образцы в объеме реакционной смеси 25 мкл. Приборная база: «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio Rad», США), «Rotor- Gene» («QIAGEN», Германия) Каналы: FAM/Green, R6G/JOE/HEX/ VIC/Yellow, ROX/Orange

Срок годности набора − 12 месяцев со дня выпуска.
Транспортирование набора допускается при температуре от +2ºС до +8ºС не более 3 суток.

Обязательное условие при поставке:

-Наличие регистрационного удостоверения.

-Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК

- Наличие утвержденной инструкции по применению

Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка