Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17964155-1
Сатып алудың атауы:	Ұйымның қажеттілігі үшін дәрілік заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88582229-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Температураны өлшеуге арналған электрондық термометр
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196630100, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. А. Арзиев көшесі №156 үй
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы 30 қарашаға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Адам денесінің температурасын өлшеуге арналған; Өлшеу түрі – электронды; Температураны өлшеу диапазоны кемінде 32,0–42,0 °C болуы тиіс; Өлшеу нәтижесі сандық дисплейде көрсетілуі тиіс; Дыбыстық белгі беру функциясы болуы қажет; Өлшеу дәлдігі ±0,1 °C-тан аспауы тиіс; Қолдануға ыңғайлы және қауіпсіз болуы қажет; Батареямен жұмыс істеуі тиіс; Жинақ құрамында электронды термометр, қорғаныш қаптамасы және пайдалану нұсқаулығы болуы тиіс; Тауар жаңа, пайдаланылмаған және зақымдалмаған болуы тиіс; Қазақстан Республикасының қолданыстағы сапа және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17964155-1
Наименование закупки:	Приобретение лекарственных средств (медикаментов) для нужд организации
Номер лота:	№ 88582229-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Градусник электронный . Для измерение температуры
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196630100, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа улица А. Арзиева дом №156
Срок поставки:	до 30 ноября 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: Предназначен для измерения температуры тела человека; Тип измерения – электронный; Диапазон измерения температуры должен составлять не менее 32,0–42,0 °C; Результаты измерения должны отображаться на цифровом дисплее; Должен иметь функцию звукового сигнала; Погрешность измерения не должна превышать ±0,1 °C; Должен быть удобным и безопасным в использовании; Должен работать от батарейки; Комплектация: электронный термометр, защитный футляр и инструкция по эксплуатации; Товар должен быть новым, неиспользованным и без повреждений; Должен соответствовать действующим требованиям качества и безопасности Республики Казахстан.