Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17607731-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87888795-3ЦП1
Лоттың атауы :	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шамамен ±0,2–0,3°C қателігі бар дене температурасының диапазоны +32°C-тан +42,5°C-қа дейінгі контактісіз термометр, сонымен қатар соңғы өлшеулер үшін жады және артқы жарықтандырылған СКД экраны.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы, Медеу ауданы, Керей, Жәнібек хандар, 470
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша бір жыл ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	** Тауардың атауы:* * медициналық байланыссыз инфрақызыл Термометр. ** Техникалық сипаттамалары мен талаптары:** 1. Термометр медициналық мақсатта адамның дене температурасын жанасусыз өлшеуге арналған. 2. Өлшеу принципі байланыссыз, инфрақызыл. 3. Дене температурасын өлшеу диапазоны: * * +32 °C-тан +42 °C * * - қа дейін. 4. Дене температурасын өлшеу кезінде рұқсат етілген қателік шегі: * * ±0,1 °C * * аспайды. 5. Артқы жарығы бар Сандық сұйық кристалды дисплейдің (СКД экраны) болуы. 6. Алдыңғы өлшемдер нәтижелерінің жад функциясының болуы. 7. Дисплейдегі температураны өлшеу нәтижесін Цельсий градусымен (°C) көрсету. 8. Термометр Қазақстан Республикасының аумағында медициналық мақсаттарда қолдануға жарамды болуы және медициналық бұйымдар мен өлшеу құралдарына қойылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 9. Өлшеу құралының **бекітілген түрі болуы және егер ҚР заңнамасына сәйкес осы өлшеу құралы үшін тиісті талаптар көзделсе, Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде** тіркелуі тиіс. 10. Жеткізілетін термометрге тексеру нәтижелерін растау үшін тексеру туралы сертификат және/немесе заңнамада көзделген өзге де құжаттар ұсынылa отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен **қолданыстағы тексеру** ұсынылуы тиіс. 11. Тексерудің оң нәтижелері белгіленген тәртіппен куәландырылуға тиіс. Тексеру қағидалары тексеру туралы сертификатты ресімдеуді көздейді, ал қажет болған жағдайда тиісті растау өлшеу құралына немесе пайдалану құжаттамасына жазылады. 12. Тауармен бірге жеткізу: * өнімнің паспорты немесе формуляры; * орыс және / немесе қазақ тілдеріндегі пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; * заңнамада көзделген жағдайларда бұйымның Қазақстан Республикасының аумағында сәйкестігін және қолдану мүмкіндігін растайтын құжаттар; * өлшеу құралын тексеру туралы сертификат; * өнімнің өндірушісін, моделін және сериялық нөмірін анықтауға мүмкіндік беретін құжаттар. 13. Термометр жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдалмаған, жарамды дисплейі және дайындаушы көздеген барлық функционалдық мүмкіндіктері болуы тиіс. 14. Бұйымды таңбалау бұйымның атауын, өндірушісін, моделін/түрін және сериялық нөмірін сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17607731-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия
Номер лота:	№ 87888795-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Бесконтактный термометр диапазон для тела от +32°C до +42,5°C с погрешностью около ±0,2–0,3°C, а также память на последние измерения и ЖК-экран с подсветкой.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район, Керей, Жанибек хандар, 470
Срок поставки:	в течении года по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Наименование товара:** Термометр медицинский бесконтактный инфракрасный. **Технические характеристики и требования:** 1. Термометр предназначен для бесконтактного измерения температуры тела человека в медицинских целях. 2. Принцип измерения — бесконтактный, инфракрасный. 3. Диапазон измерения температуры тела: **не менее от +32 °C до +42 °C**. 4. Предел допускаемой погрешности при измерении температуры тела: **не более ±0,1 °C**. 5. Наличие цифрового жидкокристаллического дисплея (ЖК-экрана) с подсветкой. 6. Наличие функции памяти результатов предыдущих измерений. 7. Отображение результата измерения температуры на дисплее в градусах Цельсия (°C). 8. Термометр должен быть пригоден для применения в медицинских целях на территории Республики Казахстан и соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к медицинским изделиям и средствам измерений. 9. Средство измерений должно иметь **утвержденный тип и быть зарегистрировано в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан**, если в соответствии с законодательством РК для данного средства измерений предусмотрены соответствующие требования. 10. На поставляемый термометр должна быть предоставлена **действующая поверка** в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, с предоставлением сертификата о поверке и/или иных документов, предусмотренных законодательством для подтверждения результатов поверки. 11. Положительные результаты поверки должны быть удостоверены в установленном порядке. Правила поверки предусматривают оформление сертификата о поверке, а при необходимости соответствующее подтверждение наносится на средство измерений или эксплуатационную документацию. 12. В комплекте с товаром предоставить: * паспорт или формуляр изделия; * инструкцию по эксплуатации на русском и/или казахском языке; * документы, подтверждающие соответствие и возможность применения изделия на территории Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных законодательством; * сертификат о поверке средства измерений; * документы, позволяющие идентифицировать производителя, модель и серийный номер изделия. 13. Термометр должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, с исправным дисплеем и всеми предусмотренными изготовителем функциональными возможностями. 14. Маркировка изделия должна позволять идентифицировать наименование изделия, производителя, модель/тип и серийный номер.