Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945914-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88521579-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тамызғыш
Лоттың сипаттауы:	шыныдан жасалған, градусталған, сыйымдылығы 50-1000 см3
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зертханалық пипетка
Саны, көлемі:	46
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Республика 56/1
Жеткізу мерзімі:	өтініш берілгеннен кейін күнтізбелік 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Зертханалық пипетка. Номиналды көлемі – 5 мл. Материалы – полиэтилен. Бір рет қолданылатын, стерильденбеген. Жалпы ұзындығы 190–215 мм. Құрылымы – сұйықтықты сорып алуға және мөлшерлеуге арналған кіріктірілген серпімді алмұртша-резервуары бар тұтас пластик пипетка. Ұштығы ұзартылған, сұйықтықты тамшылатып тасымалдауға арналған тар тесігі бар. Сұйықтық көлемін жуықтап анықтау үшін өлшеуіш шкаласы болуы тиіс. Материалы иілгіш, резервуардың қысылып, бастапқы пішінін қалпына келтіруін қамтамасыз етуі керек. Беті тегіс, жарықсыз, тесіктерсіз, деформациясыз және өндірістік ақаусыз. Қаптамада – 100 дана. Тауар жаңа, пайдаланылмаған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945914-1
Наименование закупки:	Приобретение лабораторных расходных материалов
Номер лота:	№ 88521579-ЗЦП1
Наименование лота:	Пипетка
Описание лота:	из стекла, градуированная, вместимость 50-1000 см3
Дополнительное описание лота:	Пипетка лабораторная
Количество:	46
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Республика 56/1
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней после заявки
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Пипетка лабораторная. Номинальный объём: 5 мл. Материал изготовления: полиэтилен. Исполнение: одноразовое. Стерильность: нестерильная. Общая длина: не менее 190 мм и не более 215 мм. Конструкция: цельная пластиковая пипетка со встроенным эластичным резервуаром-грушей для всасывания и дозирования жидкости. Наконечник: удлинённый, с узким отверстием для капельного переноса жидкостей. Градуировка: наличие мерной шкалы для ориентировочного определения объёма жидкости. Материал должен быть гибким, обеспечивать сжатие и восстановление формы резервуара. Поверхность изделия должна быть гладкой, без трещин, отверстий, деформаций и других производственных дефектов. Количество изделий в упаковке: 100 штук Товар должен быть новым, ранее не использованным.