Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17479211-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 83307474-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Стилет
Лоттың сипаттауы:	интубациялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	102
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Интубацияға арналған стилетто.Трахея интубациясы кезінде эндотрахеальды түтіктерге қажетті пішін мен қаттылықты беру үшін қолданылады.Композиттік полимерлі материалмен қапталған икемді алюминийден жасалған:мыс фталоцианинмен (көгілдір түсті) боялған поливинилхлорид және фторланған этилен-пропилен (FEP).Иілгіш,жұмсақ,атравматикалық дистальды ұшы алюминий стилеттосы жоқ ұшы. Бұйымның жалпы ұзындығы 335 мм-ден кем емес, диаметрі 4,2 мм-ден кем емес, жұмыс бөлігінің ұзындығы 305 мм-ден кем емес.Эндотрахеальді түтікке енгізу тереңдігін доға тәрізді шектегіш.Жеке стерильді қаптама,этилен оксидімен зарарсыздандыру. Жеткізуді жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне жарамдылық мерзімі: - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат (хатты алу мерзімі - берілген күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей) не біржолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі (барлық көшірмелері мөрдің түпнұсқасымен және өнім берушінің қолымен расталуы тиіс); - Өнімнің сәйкестік сертификатының немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі (хатты алу мерзімі - берілген күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей) мөрдің түпнұсқасымен және өнім берушінің қолымен куәландырылған; Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс. "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17479211-1
Наименование закупки:	Изделия медицинского назначения
Номер лота:	№ 83307474-ЗЦП4
Наименование лота:	Стилет
Описание лота:	интубационный
Дополнительное описание лота:	Стилет для интубации.Используется для придания необходимой формы и жесткости эндотрахеальным трубкам при интубации трахеи.Изготовлен из гибкого алюминия,покрытой композитным полимерным материалом:поливинилхлорид (НорвинилS7060) и фторированный этилен-пропилен(FEP),подкрашенный медным фталоцианином(голубого цвета).Гибкий,мягкий,атравматичный дистальный конец свободный от алюминиевого стилета кончик. Общая длина изделия 335мм,диаметр 4,2мм, длина рабочей части 305мм.Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку.Индивидуальная стерильная упаковка,стерилизация этиленоксидом.
Количество:	102
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стилет для интубации.Используется для придания необходимой формы и жесткости эндотрахеальным трубкам при интубации трахеи. Изготовлен из гибкого алюминия,покрытой композитным полимерным материалом:поливинилхлорид и фторированный этилен-пропилен(FEP),подкрашенный медным фталоцианином(голубого цвета).Гибкий,мягкий,атравматичный дистальный конец свободный от алюминиевого стилета кончик. Общая длина изделия не менее 335мм,диаметр не менее 4,2мм, длина рабочей части не менее 305мм.Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку.Индивидуальная стерильная упаковка,стерилизация этиленоксидом. Поставка осуществляется Поставщиком за свой счет. Срок годности на дату поставки поставщиком заказчику составляет: - не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); - не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК (срок получения письма - не позднее 1 года со дня выдачи) либо копия разрешительного документа на разовый ввоз (все копии должны быть заверены оригиналом печати и подписью поставщика); - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК (срок получения письма - не позднее 1 года со дня выдачи) заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках. "