Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17887485-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық университет клиникасының реактивтері (орын.: Татьяна Геннадьевна - 8 777 652 42 34)
Лоттың нөмірі:	№ 88395250-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Озық реагент
Лоттың сипаттауы:	гематологиялық анализатор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Sismex KX21N геманализаторына арналған Diluent cellpak 20 л изотоникалық реагент. құрамы: натрий хлориді-0,64 %, бор қышқылы-0,10 %, натрий тетраборaты-0,02%, ЕДТА-2К-0,02%.Қаптама-картон қорапқа салынған платик тығыны бар 20 л пластикалық канистр. Реагент sysmex гематологиялық анализаторларын өндіруші зауыттың ұсыныстарына сәйкес келеді. ГОСТ Р 51088-2013 Медицина университетінің клиникасы (ГОБМП)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы Ардақ көшесі, 3 құрылым
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Sismex KX21N геманализаторына арналған Diluent cellpak 20 л изотоникалық реагент. құрамы: натрий хлориді-0,64 %, бор қышқылы-0,10 %, натрий тетраборaты-0,02%, ЕДТА-2К-0,02%.Қаптама-картон қорапқа салынған платик тығыны бар 20 л пластикалық канистр. Реагент sysmex гематологиялық анализаторларын өндіруші зауыттың ұсыныстарына сәйкес келеді. ГОСТ Р 51088-2013 Медицина университетінің клиникасы (ГОБМП)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17887485-1
Наименование закупки:	Реактивы клиники медицинского университета (исп.: Татьяна Геннадьевна - 8 777 652 42 34)/
Номер лота:	№ 88395250-ЗЦП1
Наименование лота:	Реагент лизирующий
Описание лота:	для гематологического анализатора
Дополнительное описание лота:	Изотонический реагент Diluent Cellpak 20 л для геманализатора Sismex KX21N. Состав: хлорид натрия-0,64 %, борная кислота-0,10 %, Тетраборат натрия-0,02%, ЕДТА-2К-0,02%.Упаковка-пластиковая канистра 20 л с платиковой пробкой, помещённая в картонную коробку. Реагент соответствует рекомендациям завода-производителя гематологических анализаторов SYSMEX. ГОСТ Р 51088-2013 Клиника медицинского университета (ГОБМП)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан ул. Ардак, строение 3
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изотонический реагент Diluent Cellpak 20 л для геманализатора Sismex KX21N. Состав: хлорид натрия-0,64 %, борная кислота-0,10 %, Тетраборат натрия-0,02%, ЕДТА-2К-0,02%.Упаковка-пластиковая канистра 20 л с платиковой пробкой, помещённая в картонную коробку. Реагент соответствует рекомендациям завода-производителя гематологических анализаторов SYSMEX. ГОСТ Р 51088-2013 Клиника медицинского университета (ГОБМП)