Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17421459-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Кардиология ҒЗИ үшін реагенттер жиынтығы 2 |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83569760-ОИ2 |
| **Лоттың атауы :** | Реагенттер жинағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | энзиматикалық колориметриялық әдіспен холестерин концентрациясын анықтауға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Контроль ПрециКонтроль Вариа (PreciControl Varia) |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Жиынтық |
| **Жеткізу орны:** | 751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "PreciControl varia бақылау материалдарының жиынтығы тиісті elecsys иммунотесттерінің сапасын бақылау Cobas e. PreciControl varia иммунохимиялық анализаторлары-2 концентрация диапазонында адамның қан сарысуына негізделген мұздатылған кептірілген бақылау сарысуы. Бақылау материалдары Elecsys иммунотесттерінің дәлдігі мен дәлдігін бақылау үшін қолданылады. Сақтау және тұрақтылық 2-8 °C температурада сақталады. еріген бақылау сарысуындағы компоненттердің тұрақтылығы: -20 °C (±5 °C) температурада 31 күн (тек бір рет мұздатуға рұқсат етіледі) 2-8 °C температурада анализаторлар бортында 72 сағат 20-25 °C 5 сағатқа дейін" |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17421459-1 |
| **Наименование закупки:** | Набор реагентов для НИИ кардиологии 2 |
| **Номер лота:** | № 83569760-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Набор реагентов |
| **Описание лота:** | для определения концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом |
| **Дополнительное описание лота:** | Контроль ПрециКонтроль Вариа (PreciControl Varia) |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Набор |
| **Места поставки:** | 751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25 |
| **Срок поставки:** | По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "Набор контрольных материалов PreciControl Varia используется для контроля качества соответствующих иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Varia представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °C (± 5 °C) 31 день (допускается только однократное замораживание) при 2-8 °C 72 часа на борту анализаторов при 20-25 °C до 5 часов" |