Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18008781-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық өнім
Лоттың нөмірі:	№ 88506965-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Гемолизделген қан
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КТ-60 автоматты гематологиялық анализаторына арналған бақылау материалы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы,Владимирская 1а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші тапсырыс берген күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде,2026 жылдың аяғына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КТ-60 автоматты гематологиялық анализаторына арналған бақылау материалы.Бақылау қаны КТ-60 үш популяциялы гематологиялық анализаторында алынған нәтижелердің дәлдігі мен сенімділігін бағалауға арналған. Сақтау мерзімі: 2–8°C температурада 3 ай. Ашылған құтының тұрақтылығы: 2–8°C температурада 14 күнге дейін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18008781-1
Наименование закупки:	Медицинские изделие (мед.орг)
Номер лота:	№ 88506965-ЗЦП2
Наименование лота:	Кровь гемолизированная
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора KT-60
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г Атырау,улица Владимирская 1а
Срок поставки:	Согласно заявке заказчика в течение 10-ти рабочих дней, в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора KT-60.Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе KT-60 по 3 популяциям. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°C. Стабильность вскрытого флакона до 14 дней при температуре от 2 до 8°C