Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17661959-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86082563-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жаялық
Лоттың сипаттауы:	медициналық, бір реттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жаялық медициналық, бір реттік
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Карагайлы 39
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық бір реттік жаялық. Перфорациясы бар орамдардағы SMS (SMS) тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік парақтар. Материалдың тығыздығы кемінде 22 г / м2. Орамның Ені-70 см, жалпы ұзындығы — 100 м, перфорация қадамы-200 см. гипоаллергенді, дем алатын, стерильді емес. Медициналық рәсімдерді, тексерулерді және санитарлық-гигиеналық шараларды жүргізу кезінде арналған. Өнім зақымдалмай, ластанбай және ақаусыз жаңа болуы керек. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі керек. Тауардың сапасы Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және тиеу күшпен және өнім берушінің есебінен жұмыс уақытында 08:00-ден 16:00-ге дейін жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17661959-1
Наименование закупки:	Приобретение изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 86082563-ЗЦП1
Наименование лота:	Пеленка
Описание лота:	медицинская, одноразовая
Дополнительное описание лота:	Одноразовые простыни (пеленки)
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Карагайлы 39
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с даты вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Медицинская одноразовая пеленка. Простыни одноразовые из нетканого материала СМС (SMS) в рулонах с перфорацией. Плотность материала не менее 22 г/м². Ширина рулона — 70 см, общая длина — 100 м, шаг перфорации — 200 см. Гипоаллергенные, воздухопроницаемые, нестерильные. Предназначена при проведении медицинских процедур, осмотров и санитарно-гигиенических мероприятий. Товар должен быть новым, без повреждений, загрязнений и дефектов. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. Качество товара согласовывается с Заказчиком. Доставка и погрузка товара на склад Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика в рабочее время с 08:00 до 16:00.