Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17972556-1
Сатып алудың атауы:	Қан алуға арналған медициналық Кресло
Лоттың нөмірі:	№ 88530322-3ЦП3
Лоттың атауы:	Кресло
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пациенттерден қан алу үшін екі жағынан қолтықтары бар медициналық Кресло. Эргономикалық дизайн Ыңғайлы және қауіпсіз жағдайды қамтамасыз етеді, ал реттелетін элементтер орындықты жеке қажеттіліктерге бейімдеуге мүмкіндік береді. Секциялар саны: 3 (доральді, жамбас, тобық). Қаптау материалы: винил былғары. Толтырғыш Материал: полиуретанды көбік. Көбік резеңке параметрлері-тығыздығы 22 кг / м3, қаттылығы 50 кПа. Орындықтың биіктігі: 62,5 см. орындықтың тереңдігі 43 см, орындықтың қалыңдығы 60 мм, доральді бөліктің ұзындығы 86,5 см, Тобық бөлігінің ұзындығы 41,5 см, дорсальды бөліктің көлбеу бұрышы 0-90°, тобық бөлігінің көлбеу бұрышы 90-0°, ерекшеліктері: дорсальды бөліктің көлбеуі, тобық бөлігінің көлбеуі, биіктігі мен ұшуы бойынша реттелетін қолтықтар, телескопиялық инфузиялық тірек. Бұйымға паспорт, сәйкестік сертификатын ұсынумен. Кепілдік 12 ай.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. көшесі Генерал Дүйсенов, құрылыс 4/2
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Пациенттерден қан алу үшін екі жағынан қолтықтары бар медициналық Кресло. Эргономикалық дизайн Ыңғайлы және қауіпсіз жағдайды қамтамасыз етеді, ал реттелетін элементтер орындықты жеке қажеттіліктерге бейімдеуге мүмкіндік береді. Секциялар саны: 3 (доральді, жамбас, тобық). Қаптау материалы: винил былғары. Толтырғыш Материал: полиуретанды көбік. Көбік резеңке параметрлері-тығыздығы 22 кг / м3, қаттылығы 50 кПа. Орындықтың биіктігі: 62,5 см. орындықтың тереңдігі 43 см, орындықтың қалыңдығы 60 мм, доральді бөліктің ұзындығы 86,5 см, Тобық бөлігінің ұзындығы 41,5 см, дорсальды бөліктің көлбеу бұрышы 0-90°, тобық бөлігінің көлбеу бұрышы 90-0°, ерекшеліктері: дорсальды бөліктің көлбеуі, тобық бөлігінің көлбеуі, биіктігі мен ұшуы бойынша реттелетін қолтықтар, телескопиялық инфузиялық тірек. Бұйымға паспорт, сәйкестік сертификатын ұсынумен. Кепілдік 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17972556-1
Наименование закупки:	Кресло медицинское для забора крови
Номер лота:	№ 88530322-ЗЦП3
Наименование лота:	Кресло
Описание лота:	медицинское
Дополнительное описание лота:	Кресло медицинское с подлокотниками с двух сторон для забора крови у пациентов. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортное и безопасное положение, а регулируемые элементы позволяют адаптировать кресло под индивидуальные нужды. Количество секций: 3 (спинная, тазобедренная, голеностопная). Материал обивки: винилискожа. Материал наполнителя: пенополиуретан. Параметры поролона - плотность 22 кг/м³, жесткость 50 кПа. Высота сиденья: 62,5 см. Глубина сиденья 43 см, Толщина сиденья 60 мм, Длина спинной секции 86,5 см, Длина голеностопной секции 41,5 см, Угол наклона спинной секции 0-90°, Угол наклона голеностопной секции -90-0°, Особенности: наклон спинной секции, наклон голеностопной секции, регулируемые по высоте и разлёту подлокотники, телескопическая инфузионная стойка. С предоставлением паспорта на изделие, сертификата соответствия. Гарантия 12 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар улица Генерала Дюсенова, строение 4/2
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кресло медицинское с подлокотниками с двух сторон для забора крови у пациентов. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортное и безопасное положение, а регулируемые элементы позволяют адаптировать кресло под индивидуальные нужды. Количество секций: 3 (спинная, тазобедренная, голеностопная). Материал обивки: винилискожа. Материал наполнителя: пенополиуретан. Параметры поролона - плотность 22 кг/м³, жесткость 50 кПа. Высота сиденья: 62,5 см. Глубина сиденья 43 см, Толщина сиденья 60 мм, Длина спинной секции 86,5 см, Длина голеностопной секции 41,5 см, Угол наклона спинной секции 0-90°, Угол наклона голеностопной секции -90-0°, Особенности: наклон спинной секции, наклон голеностопной секции, регулируемые по высоте и разлёту подлокотники, телескопическая инфузионная стойка. С предоставлением паспорта на изделие, сертификата соответствия. Гарантия 12 месяцев.