Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17498476-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | "Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81200163-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Тоқ көзі шнуры |
| **Лоттың сипаттауы:** | жабдықтар/перифериялық құрылғылар мен аспаптарға арналған, электрлі жалғағыш кабелі |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 2 LEMO 00-2 LEMO ультрадыбыстық ақауларды анықтауға арналған кабель |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Ультрадыбыстық дефектоскопия қосқыш кабелі 2 LEMO 00 - 2 LEMO 00 қосқыштары бар қосқыш коаксиалды кабель Кабель түрі: кедергілерден қорғайтын коаксиалды кабель. Орталық өткізгіш:  0.48мм (7x0.16). Орталық желіні диэлектрлік қорғау: пероксидпен тігілген полиэтилен  1,52мм. Орамы: қалайыланған мыс,  1.98 мм (16x5x0,1 мм) .т Қабығы: поливинилхлорид,  2.55 мм. Оқшаулау кедергісі: 5000 мОм/км. Кабельдің индуктивтілігі: 0.23 мкГн/м. Экрандалу тиімділігі (барынша мүмкін болған жағдайда 90 дБ): 50 дБ. Үзілу күші: 9,5 кг. Қолдану температурасы: кемінде -40 +70 С аспайды, Кабель ұзындығы: кемінде 1,5 м, Тауардың жай-күйі: бұрын пайдаланылмаған жаңа. Жиынтығы: қосқыш кабель, дайындаушы зауыттың паспорты. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17498476-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия" |
| **Номер лота:** | № 81200163-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Шнур питания |
| **Описание лота:** | для оборудования/периферийных устройств и приборов, кабель электрический соединительный |
| **Дополнительное описание лота:** | Кабель соединительный для ультразвукового дефектоскопа 2 LEMO 00 - 2 LEMO |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "Кабель соединительный ультразвуковой дефектоскопии двойной коаксиальный соединительный кабель с разъемами 2 LEMO 00 — 2 LEMO 00 Тип кабеля: коаксиальный кабель с защитой от помех. Центральный проводник:  0.48мм (7х0.16). Диэлектрическая защита центральной жилы: пероксидно сшитый полиэтилен 1,52мм. Оплетка: луженая медь, 1.98 мм (16х5х0,1 мм).т Оболочка: поливинилхлорид, 2.55 мм. Сопротивление изоляции: 5000 мОм/км. Индуктивность кабеля: 0.23 мкГн/м. Эффективность экранирования (при максимально возможной 90 дБ): 50 дБ. Усилие на разрыв: 9,5 кг. Температура применения: не менее -40 не более +70 С. Длина кабеля: не менее 1,5 м. Состояние товара: новое, ранее не бывший в употреблении. Комплектность: соединительный кабель, паспорт завода-изготовителя. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года." |