Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015910-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88809707-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Магниттік терапия аппараты
Лоттың сипаттауы:	төменгі жиілікті газ талдағыштарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалпы мақсаттағы магниттік терапия құрылғысы. Мақсаты: Медициналық мекемелерде, оңалту орталықтарында және физиотерапия бөлмелерінде төмен жиілікті импульсті магниттік терапияны қолдана отырып, физиотерапиялық процедураларға арналған. Сипаттамалары: • Құрылғы түрі: импульсті магниттік терапия құрылғысы. • Шығыс сигналының пішіні: тікбұрышты. • Шығыс жиілік диапазоны: 2-ден 100 Гц-ке дейін. • Магнит өрісінің қарқындылық диапазоны: 10-нан 100 Гаусс-қа дейін. • Максималды магниттік индукция: 10 мТл. • Магнит өрісінің қарқындылығын реттеу: қамтамасыз етілген. • Қуат кернеуі: 230 В. • Электр желісінің жиілігі: 50–60 Гц. • Максималды қуат тұтынуы: 22 ВА. • Электр қауіпсіздігі класы: II, BF түрі. • Қорғаныс класы: IP20. • MDD 93/42/CE стандартына сәйкес медициналық құрылғы класы: IIa. • Құрылғының өлшемдері: шамамен 352 × 190 × 96 мм. • Құрылғы салмағы: шамамен 1,31 кг. • Магниттік аппликаторлар саны: 2 дана. Қаптаманың құрамы: 1. Магниттік терапия құрылғысы — 1 дана. 2. Қуат кабелі — 1 дана. 3. Магниттік терапия түрлендіргіші (индуктор) — 2 дана. 4. 8 × 60 см Velcro бар серпімді бау — 1 дана. 5. 8 × 100 см Velcro бар серпімді бау — 1 дана. 6. Пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана. 7. Тасымалдау қаптамасы — 1 дана.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы мақсаттағы магниттік терапия құрылғысы. Мақсаты: Медициналық мекемелерде, оңалту орталықтарында және физиотерапия бөлмелерінде төмен жиілікті импульсті магниттік терапияны қолдана отырып, физиотерапиялық процедураларға арналған. Сипаттамалары: • Құрылғы түрі: импульсті магниттік терапия құрылғысы. • Шығыс сигналының пішіні: тікбұрышты. • Шығыс жиілік диапазоны: 2-ден 100 Гц-ке дейін. • Магнит өрісінің қарқындылық диапазоны: 10-нан 100 Гаусс-қа дейін. • Максималды магниттік индукция: 10 мТл. • Магнит өрісінің қарқындылығын реттеу: қамтамасыз етілген. • Қуат кернеуі: 230 В. • Электр желісінің жиілігі: 50–60 Гц. • Максималды қуат тұтынуы: 22 ВА. • Электр қауіпсіздігі класы: II, BF түрі. • Қорғаныс класы: IP20. • MDD 93/42/CE стандартына сәйкес медициналық құрылғы класы: IIa. • Құрылғының өлшемдері: шамамен 352 × 190 × 96 мм. • Құрылғы салмағы: шамамен 1,31 кг. • Магниттік аппликаторлар саны: 2 дана. Қаптаманың құрамы: 1. Магниттік терапия құрылғысы — 1 дана. 2. Қуат кабелі — 1 дана. 3. Магниттік терапия түрлендіргіші (индуктор) — 2 дана. 4. 8 × 60 см Velcro бар серпімді бау — 1 дана. 5. 8 × 100 см Velcro бар серпімді бау — 1 дана. 6. Пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана. 7. Тасымалдау қаптамасы — 1 дана. / ГОСТ 20790-93 (ГОСТ Р 50444-92) тұтынушымен келісу

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015910-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88809707-ЗЦП1
Наименование лота:	Аппарат магнитотерапевтический
Описание лота:	для низкочастотной магнитотерапии
Дополнительное описание лота:	Аппарат магнитотерапии широкого применения. Назначение: Предназначен для проведения физиотерапевтических процедур методом низкочастотной импульсной магнитотерапии в медицинских учреждениях, реабилитационных центрах и кабинетах физиотерапии. Технические характеристики: • Тип аппарата: аппарат импульсной магнитотерапии. • Форма выходного сигнала: прямоугольная. • Диапазон выходной частоты: от 2 до 100 Гц. • Диапазон интенсивности магнитного поля: от 10 до 100 Гс. • Максимальная магнитная индукция: 10 мТл. • Регулировка интенсивности магнитного поля: предусмотрена. • Напряжение питания: 230 В. • Частота питающей сети: 50–60 Гц. • Максимальная потребляемая мощность: 22 ВА. • Класс электрической безопасности: II, тип BF. • Степень защиты: IP20. • Класс медицинского изделия по MDD 93/42/CE: IIa. • Габариты аппарата: приблизительно 352 × 190 × 96 мм. • Масса аппарата: около 1,31 кг. • Количество магнитных аппликаторов: 2 шт. Комплектность поставки: 1. Аппарат магнитотерапии — 1 шт. 2. Кабель питания — 1 шт. 3. Преобразователь (индуктор) для магнитотерапии — 2 шт. 4. Эластичный ремень на липучке 8 × 60 см — 1 шт. 5. Эластичный ремень на липучке 8 × 100 см — 1 шт. 6. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 7. Транспортировочный чемодан — 1 шт.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аппарат магнитотерапии широкого применения. Назначение: Предназначен для проведения физиотерапевтических процедур методом низкочастотной импульсной магнитотерапии в медицинских учреждениях, реабилитационных центрах и кабинетах физиотерапии. Технические характеристики: • Тип аппарата: аппарат импульсной магнитотерапии. • Форма выходного сигнала: прямоугольная. • Диапазон выходной частоты: от 2 до 100 Гц. • Диапазон интенсивности магнитного поля: от 10 до 100 Гс. • Максимальная магнитная индукция: 10 мТл. • Регулировка интенсивности магнитного поля: предусмотрена. • Напряжение питания: 230 В. • Частота питающей сети: 50–60 Гц. • Максимальная потребляемая мощность: 22 ВА. • Класс электрической безопасности: II, тип BF. • Степень защиты: IP20. • Класс медицинского изделия по MDD 93/42/CE: IIa. • Габариты аппарата: приблизительно 352 × 190 × 96 мм. • Масса аппарата: около 1,31 кг. • Количество магнитных аппликаторов: 2 шт. Комплектность поставки: 1. Аппарат магнитотерапии — 1 шт. 2. Кабель питания — 1 шт. 3. Преобразователь (индуктор) для магнитотерапии — 2 шт. 4. Эластичный ремень на липучке 8 × 60 см — 1 шт. 5. Эластичный ремень на липучке 8 × 100 см — 1 шт. 6. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 7. Транспортировочный чемодан — 1 шт. ГОСТ 20790-93 (ГОСТ Р 50444-92) согласовать с заказчиком