Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17522715-1
Сатып алудың атауы:	қайта сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 78644297-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Тест-жолақ
Лоттың сипаттауы:	қандағы глюкоза мөлшерін анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тест-жолақ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	196830100, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр а. улица Батталханова 30
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Глюкометр үшін у330 №50 сынақ жолақтары (710, 582 модельдер үшін) (Ювелл) бір қорапта 50 дана сынақ жолақтары Мақсаты: глюкометр үшін Зерттеу параметрі: глюкоза Қаптамадағы саны: 50 Қан үлгісінің көзі: капиллярлық Фермент: GOD Қан үлгісінің көлемі: 1,0 мкл Гематрокрит диапазоны (%): 30-60% Анықтау уақыты: 8 секунд Анықтау деңгейі: 20 мг / дл (1,1 ммоль / л) - 600 мг /дл (33,3 ммоль/л) жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу.Дейін жеткізу Тапсырыс берушінің қоймасы. Қоймаға жеткізу Тапсырыс берушінің фактісі.мекен-жайы: Іле ауданы, п .Өтеген батыр , Батталханова 30

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17522715-1
Наименование закупки:	қайта сатып алу
Номер лота:	№ 78644297-ЗЦП5
Наименование лота:	Тест-полоска
Описание лота:	для определения содержания глюкозы в крови
Дополнительное описание лота:	Тест-полоска
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	196830100, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра улица Батталханова 30
Срок поставки:	в течении 15календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тест-полоски Y330 №50 для глюкометра (для моделей 710, 582) (Yuwell) В одной коробке 50 шт. тест-полосок Назначение: для глюкометра Параметр исследования: глюкоза Количество в упаковке: 50 Источник образца крови: капиллярный Фермент: GOD Объем образца крови: 1,0 мкл Диапазон гематрокрита (%): 30-60% Время обнаружения: 8 секунд Уровень обнаружения: 20 мг /дл (1,1 ммоль /л) - 600 мг /дл (33,3 ммоль/л) перед поставкой согласовать с заказчиком.Поставка до склада заказчика. Поставка до склада заказчика Факт.адрес:Илийский район ,п .Отеген батыр ,Батталханова 30