Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17564784-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Зертханалық шығын материалдарын сатып алу, техникалық сипаттамасына назар аударыңыз |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87761270-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Ерітінді |
| **Лоттың сипаттауы:** | буферлік, РН 11,00 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Очищающий раствор CleanCell M 2*2л для анализатора Cobas Pro закрытого типа |
| **Саны, көлемі:** | 80 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | CleanCell M тазалау ерітіндісі 2*2л. Cobas Pro 2x2 L анализаторына арналған CleanCell M ерітіндісі. Мақсаты: Elecsys реагенттерін пайдаланып сынақтар жүргізу кезінде Cobas Pro CleanCell иммуноанализ анализаторларының өлшеу құрылғысын тазалауға арналған жүйелік ерітінді қолданылады. CleanCell жинағын барлық реагенттер сериясымен пайдалануға болады. Реагенттер мен жұмыс ерітінділері: 6 х 380 мл, өлшеу ұяшығына арналған тазалау ерітіндісі KOH 176 ммоль / л (pH 13,2-ге сәйкес келеді); жуғыш зат ≤ 1%. Сақтау және тасымалдау шарттары: Бөлме температурасында қатаң тік күйде сақтаңыз 15-25 ° C аралығында. Жеткізу кезінде шығу тегі туралы сертификатты және өндірушінің Қазақстан Республикасында тауарларды сатуға арналған сенімхатын көрсетіңіз. Жеткізу көлемі - ЕО елдері үшін. Қалған сақтау мерзімі кемінде 60%. Егер тауарлар техникалық сипаттамаларға сәйкес келмесе, хабарландырудан кейін 3 күн ішінде тауарларды ауыстырыңыз. ГОСТ: жоқ |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17564784-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение расходных лабораторных материалов, обратите внимание на техническую спецификацию |
| **Номер лота:** | № 87761270-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Раствор |
| **Описание лота:** | буферный, pH 11,00 |
| **Дополнительное описание лота:** | Очищающий раствор CleanCell M 2*2л. для анализатора Cobas Pro закрытого типа |
| **Количество:** | 80 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А |
| **Срок поставки:** | Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Очищающий раствор CleanCell M 2*2л. "Раствор CleanCell M для анализатора Cobas Pro 2x2 L. Назначение:Системное решение для очистки измерительного устройства иммунологических анализаторов Cobas Pro CleanCell применяется при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Набор CleanCell может быть использован со всеми сериями реагентов. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки KOH 176 ммоль/л (соответствует pH 13.2); детергент ≤ 1 %. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении при 15-25 °C. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. ГОСТ: нет |