Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17992494-1
Сатып алудың атауы:	Аудандық ауруханаға тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82615458-ОИ5
Лоттың атауы:	Температура индикаторы
Лоттың сипаттауы:	жұқалтырдан, жабысқақ қабатпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Индикатор 180/60-01 кем емес
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	596630100, Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а. Мир көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	+ - 3 градус Цельсий температурасының шекті ауытқуы бар ауа стерилизаторларының камерасында ауа стерилизациясының сыни айнымалыларының - температураның және зарарсыздандыру ұсталу уақытының сақталуын жедел көзбен шолып бақылауға арналған №500 С 180/60 - 01 - ден кем емес Индикатор. Жарамдылық мерзімі кемінде 36 ай. Ауаны зарарсыздандыру параметрлерін бақылау үшін №500 С 180/60-01 индикаторы. 2. Тауардың мақсаты Индикатор ауа стерилизациясының критикалық параметрлерінің, атап айтқанда ауа стерилизаторларының камерасындағы зарарсыздандыру ұстамасының температурасы мен уақытының сақталуын жедел визуалды бақылауға арналған. Ол ауа стерилизаторларын қолданатын медициналық, емдеу-профилактикалық, зертханалық және басқа мекемелерде стерилизацияның белгіленген режимдерінің сақталуын бақылау үшін қолданылады. 3. Тауардың техникалық сипаттамалары Өнім түрі: ауаны зарарсыздандыруды бақылаудың химиялық индикаторы. Атауы және моделі: Индикатор 180/60-01 с №500. Қаптамадағы саны: 500 дана. Бақыланатын параметрлер: температура және зарарсыздандыру уақыты. Бақылау әдісі: түсінің немесе дайындаушы көздеген басқа индикаторлық белгінің өзгеруі бойынша жедел визуалды бақылау. Температураны бақылау режимі: 180 °С. Зарарсыздандыру уақыты: 60 минут. Температураның шекті ауытқуы: ±3 °С. Қолдану саласы: көрсетілген зарарсыздандыру режиміне сәйкес жұмыс істейтін ауа стерилизаторларының камералары. Нәтижені бағалау әдісі: индикаторлық белгіні өндіруші белгілеген бағалау критерийлерімен визуалды салыстыру. Жарамдылық мерзімі: кем дегенде 36 ай. Қаптама: белгіленген сақтау мерзімі ішінде индикаторлардың сақталуын және қоршаған орта факторларының әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін зауыттық. Таңбалау: бұйымның атауы, Модель нөмірі немесе белгісі, дайындаушы туралы мәліметтер, партия нөмірі, дайындалған күні, жарамдылық мерзімі және сақтау шарттары болуы керек. Өнімнің жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамасы бұзылмаған. 4. Сапа және қауіпсіздік талаптары Тауар Дайындаушының техникалық құжаттамасына және өнімнің осы санатына қолданылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Индикаторлар дайындаушы мәлімдеген сипаттамалар шегінде зарарсыздандыру циклінің белгіленген параметрлеріне сенімді көзбен шолып бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Тиісті режим әсер еткеннен кейін индикаторлық белгі қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес өзгертілуі және нәтижені бір мәнді бағалау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізілетін өнімде сапаны, қауіпсіздікті және белгіленген талаптарға сәйкестікті растайтын құжаттар, сондай-ақ егер олар өнімнің осы түрі үшін міндетті болса, тіркеу немесе айналысқа жіберу туралы құжаттар болуы тиіс. 5. Жарамдылық және сақтау талаптары Жеткізу күніндегі жарамдылықтың қалдық мерзімі, егер бұл талап сатып алу шарттарында көзделсе және дайындаушының құжаттамасына сәйкес келсе, тауарды толық пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі және кемінде 36 айды

	құрауы тиіс. Сақтау және тасымалдау дайындаушының нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Жарамдылық мерзімі өткен, орамасы бүлінген немесе сақтау шарттарының бұзылу белгілері бар индикаторларды жеткізуге жол берілмейді. 6. Жеткізу және қабылдау шарттары Жеткізу шартта белгіленген мөлшерде бастапқы зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Қабылдау кезінде индикаторлардың саны, қаптаманың тұтастығы, бақылау моделі мен режимінің сәйкестігі, таңбалаудың, жарамдылық мерзімінің және ілеспе құжаттаманың болуы тексеріледі. Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін тауар шартта белгіленген тәртіппен ауыстырылуға жатады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17992494-1
Наименование закупки:	Приобретение товара для Районной больницы
Номер лота:	№ 82615458-ОИ5
Наименование лота:	Индикатор температуры
Описание лота:	из фольги, с липким слоем
Дополнительное описание лота:	Индикатор не менее 180/60-01
Количество:	30
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	596630100, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское ул. Мира,1
Срок поставки:	до 31 декабря 2026 года по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Индикатор не менее 180/60-01 С №500 предназначенной для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации - температуры и времени стерилизационной выдержки - в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры +- 3 градуса цельсия. Срок годности не менее 36 месяцев. Индикатор 180/60-01 С №500 для контроля параметров воздушной стерилизации. 2. Назначение товара Индикатор предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации, а именно температуры и времени стерилизационной выдержки, в камере воздушных стерилизаторов. Применяется для контроля соблюдения установленных режимов стерилизации в медицинских, лечебно-профилактических, лабораторных и иных учреждениях, использующих воздушные стерилизаторы. 3. Технические характеристики товара Тип изделия: химический индикатор контроля воздушной стерилизации. Наименование и модель: Индикатор 180/60-01 С №500. Количество в упаковке: 500 штук. Контролируемые параметры: температура и время стерилизационной выдержки. Метод контроля: оперативный визуальный контроль по изменению цвета или другого предусмотренного изготовителем индикаторного признака. Температурный режим контроля: 180 °C. Время стерилизационной выдержки: 60 минут. Предельное отклонение температуры: ±3 °C. Область применения: камеры воздушных стерилизаторов, работающих в соответствии с указанным режимом стерилизации. Способ оценки результата: визуальное сравнение индикаторного признака с критериями оценки, установленными изготовителем. Срок годности: не менее 36 месяцев. Упаковка: заводская, обеспечивающая сохранность индикаторов и защиту от воздействия факторов окружающей среды в течение установленного срока хранения. Маркировка: должна содержать наименование изделия, номер или обозначение модели, сведения об изготовителе, номер партии, дату изготовления, срок годности и условия хранения. Состояние товара: новый, неиспользованный, с неповреждённой заводской упаковкой. 4. Требования к качеству и безопасности Товар должен соответствовать технической документации изготовителя и требованиям законодательства Республики Казахстан, применимым к данной категории продукции. Индикаторы должны обеспечивать достоверный визуальный контроль установленных параметров стерилизационного цикла в пределах характеристик, заявленных изготовителем. Индикаторный признак после воздействия соответствующего режима должен изменяться в соответствии с инструкцией по применению и обеспечивать возможность однозначной оценки результата. Поставляемая продукция должна иметь документы, подтверждающие качество, безопасность и соответствие установленным требованиям, а также документы о регистрации или допуске к обращению, если они обязательны для данного вида продукции.

	5. Требования к сроку годности и хранению Остаточный срок годности на дату поставки должен обеспечивать возможность полноценного использования товара и составлять не менее 36 месяцев, если данное требование предусмотрено условиями закупки и соответствует документации изготовителя. Хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с инструкцией изготовителя. Не допускается поставка индикаторов с истёкшим сроком годности, повреждённой упаковкой или признаками нарушения условий хранения. 6. Условия поставки и приёмки Поставка осуществляется в оригинальной заводской упаковке в количестве, установленном договором. При приёмке проверяются количество индикаторов, целостность упаковки, соответствие модели и режима контроля, наличие маркировки, срока годности и сопроводительной документации. Товар, не соответствующий требованиям настоящей технической спецификации, подлежит замене в порядке, установленном договором.