Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық қан орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық қан орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Конкурстың №:	№ 17954516-1
Конкурстың атауы:	Architect анализаторына арналған шығын материалдары (IHLA)
Лоттың нөмірі:	№ 88585803-ОК1
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000212
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Бума
Саны (көлемі)*:	27
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	119700
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	3231900
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	2027 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша
Жеткізу орны*	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбеоблысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы, Ағайындыы Жұбановтар көшесі 253
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	АИТВ Комбо, реагент 100 Abbott architect сериялы иммунохимиялық анализаторларда қолдануға арналған (мысалы, architect i1000SR, ARCHITECT i2000, ARCHITECT i2000SR)/Architect HIV AG/AB Combo сынағы бір уақытта сапалы анықтау үшін микробөлшектердегі химилюминесцентті иммуноанализ (CMIA) болып табылады HIV P24 антигені және 1 типті адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелер және/немесе 2 (HIV-1/HIV-2) адамның қан сарысуында және плазмасында, сондай-ақ қайтыс болғаннан кейін алынған үлгілерде (жүрек тоқтағаннан кейін). ARCHITECT HIV AG/Ab Combo сынағы HIV-1/HIV-2 инфекциясын диагностикалауға көмекші құрал ретінде, сондай-ақ HIV-1/HIV-2 инфекциясының реципиенттерге қанның, оның компоненттерінің, сондай-ақ жасушалардың, тіндердің және мүшелердің берілуін болдырмау мақсатында скринингтік сынақ ретінде пайдалануға арналған. ARCHITECT HIV AG/Ab Combo сынағы аталған маркерлердің қайсысында реактивтілік анықталғанын анықтауға мүмкіндік бермейді: HIV p24 антигеніне, HIV-1 антиденелеріне немесе HIV-2 антиденелеріне. Талдау жасамас бұрын architect i system жүйесіне architect i System assay CD-ROM дискам дискісінен ARCHITECT HIV AG/AB Combo тест файлын жүктеу қажет. Architect HIV AG/AB combo Реагенттер жинағы тоңазытқышта 2-8°C температурада сақталуы керек және оны тоңазытқыштан (2 - 8°C) шығарғаннан кейін бірден пайдалануға болады. Реагенттер жиынтығын тік күйде сақтау керек. Тауарды жеткізу өндірушінің талаптарын сақтай отырып, нұсқаулықтарды сақтай отырып, оның сақталуын қамтамасыз ете отырып, шарттарға сәйкес келеді. Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші өнімді тасымалдаудың барлық учаскелерінде өндірушінің қоймасынан Тапсырыс берушіге дейінгі температураны тексеруді растауды талап етеді. Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған (уақтылы ұсынылмаған) жағдайда тауарды жеткізу жөніндегі міндеттеме орындалмаған болып есептеледі. Микробөлшектер: 1 немесе 4 құты(А) (100 сынаққа 6,6 мл/500 сынаққа 27,0 мл) микробөлшектер: TRIS буфері бар тұзды ерітіндідегі HIV-1/HIV-2 антигенімен (рекомбинантты) және HIV p24 антиденесімен (тышқан, моноклоналды) сенсибилизацияланған микробөлшектер. Минималды концентрациясы: 0,07% қатты заттар. Консервант: натрий азиді. Конъюгат: 1 немесе 4 құты(А) (100 сынаққа 5,9 мл/500 сынаққа 26,3 мл) конъюгат: акридин-таңбаланған HIV-1 антигендері (рекомбинантты), акридин - таңбаланған синтетикалық HIV-1/HIV-2 пептидтері және акридин-таңбаланған HIV p24 антиденесі (тышқан, моноклоналды) ақуыз (бұқа) және беттік-белсенді тұрақтандырғыштары бар фосфат буферінде. Минималды концентрациясы: 0,05 мкг/мл.Консервант: натрий азиді. Үлгі сұйылтқышы: 1 немесе 4 бөтелке(А) (500 сынаққа 5,9 мл/500 сынаққа 26,3 мл) талдау сұйылтқышы: құрамында HIV AG/AB Combo талдау сұйылтқышы TRIS буфер. Консервант: натрий азиді. Репродуктивтілік: ARCHITECT HIV AG/AB Combo сынағы үш калибратор сериясын, үш бақылау сериясын және төрт реактивті үлгі панелін сынау кезінде мәндері шекті мәннен 3 есе асатын үлгілер үшін ≤14% қатені көрсетеді. ARCHITECT HIV AG/AB

	Combo сынағының HIV-1 p24 AG антигеніне аналитикалық сезімталдығы <50 пг/мл құрады.бұл нәтиже architect HIV AG/AB Combo реагенттерінің үш сериясын пайдалана отырып, HIV-Ag 2003 afssaps панелін сынау арқылы алынды. Алынған мәліметтерге сәйкес, HIV-1 p24 AG антигеніне орташа сезімталдық 18,06 пг / мл болды. АИТВ сынағы қан үлгісінде АИТВ-1 p24 антигенін және АИТВ-1 антиденелерін, соның ішінде О және М және АИТВ-2 топтарын анықтауы керек. Architect HIV AG/AB Combo сынағының ерекшелігі донорлардың қан үлгілері үшін кемінде 99,89% болуы керек. Барлық сұйық керек-жарақтар, калибраторлар мен бақылаулар лиофилизациялауға жатпайтын, сондай-ақ кемінде 5% гипохлоритті қамтитын дайындау кезінде адами факторды (ешқандай жанама әрекеттерсіз, шараларсыз немесе медициналық персоналдың түзетулерінсіз) қоспағанда, пайдалануға дайын болады. Анализаторға салынғаннан кейін реактивтер бортындағы тұрақтылық кемінде 30 күн болуы керек. Реагенттер, бақылау материалдары және калибраторлар үшін жеткізу күніне жеткізілетін тауардың қалдық жарамдылық мерзімі кемінде 8 ай, ерітінділер үшін кемінде 12 ай болады. Тауар белгілерімен таңбаланған тауарлар жеткізілген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша тауарға орналастырылған тауар белгісінің құқық иесі тікелей жеткізетін тауарларды Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық айналымға енгізу фактісін растайтын немесе оның келісімімен құжаттарды соңғысына беруге міндеттенеді. Көрсетілген фактіні растайтын құжаттар өнім берушінің құқық иеленушілермен лицензиялық келісімдері, кедендік декларациялар, құқық иеленушілер мен лицензиаттың хаттары, лицензиатпен немесе оның контрагенттерімен медициналық бұйымдарды жеткізуге арналған шарттар болуы мүмкін.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятия "Областной центр крови" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятия "Областной центр крови" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
№ конкурса:	№ 17954516-1
Наименование конкурса:	Расходные материалы для анализатора ARCHITECT (ИХЛА)
Номер лота:	№ 88585803-ОК1
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000212
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Упаковка
Количество (объем)*:	27
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	119700
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	3231900
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 2027г, по заявкам заказчика

Место поставки товара*:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Казахстан, Актобе, г. Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых 253
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ВИЧ Комбо, реагент 100 предназначены для использования на иммунохимических анализаторах серии Abbott ARCHITECT (таких как ARCHITECT i1000SR, ARCHITECT i2000, ARCHITECT i2000SR)/Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo предназначен для использования в качестве вспомогательного средства диагностики инфекции HIV-1/HIV-2, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи инфекции HIV-1/HIV-2 реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo не позволяет уточнить, реактивность на какой из перечисленных маркеров выявлена: на антиген HIV p24, антитела к HIV-1 или антитела к HIV-2. Перед проведением анализа в систему ARCHITECT i System необходимо загрузить файл теста ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo с компакт-диска ARCHITECT i System Assay CD-ROM. Набор реагентов ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo должен храниться в холодильнике при температуре 2 - 8°C и может использоваться сразу после извлечения из холодильника (2 - 8°C). Набор реагентов необходимо хранить в вертикальном положении. Поставка товара будет соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Микрочастицы: 1 или 4 флакон(а) (6,6 мл на 100 тестов/27,0 мл на 500 тестов) микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в физиологическом растворе с TRIS буфером. Минимальная концентрация: 0,07% сухих веществ. Консервант: азид натрия. Конъюгат: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) конъюгата: акридин-меченые антигены HIV-1 (рекомбинантные), акридин-меченые синтетические пептиды HIV-1/HIV-2 и акридин-меченое антитело к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и поверхностно-активным стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) разбавителя анализа: разбавитель анализа HIV Ag/Ab Combo, содержащий TRIS буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: Тест ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo демонстрирует погрешность ≤14% для образцов, значения которых в 3 раза превысили пороговое значение при тестировании трех серий калибратора, трех серий контроля и панели из четырех реактивных образцов. Аналитическая

	чувствительность теста ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo к антигену HIV-1 p24 Ag составила <50 пг/мл. Данный результат получен с помощью тестирования панели HIV-Ag 2003 AFSSAPS с использованием трех серий реагентов ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo. Согласно полученным данным, средняя чувствительность к антигену HIV-1 p24 Ag составила 18,06 пг/мл. Тест на ВИЧ должен выявить в образце крови антиген p24 ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1, в том числе группы О и М и ВИЧ-2. Специфичность теста на ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo должна быть не менее 99,89% для образцов крови доноров. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли будут в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов будет составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. В случае поставки товаров, маркированных товарными знаками, Поставщик по запросу Заказчика обязуется предоставить последнему документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Республики Казахстан поставляемых товаров непосредственно правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия. Документами, подтверждающими указанный факт могут быть лицензионные соглашения Поставщика с правообладателями, таможенные декларации, письма правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).