Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17391739-1
Тендер атауы:	зертхана үшін реагенттер сатып алу (С)
Лоттың №:	№ 87286172-ЗЦПнеГ32
Лоттың атауы:	Диагностикалық реагенттер және өзге де фармацевтикалық препараттар

Стандартты пробиркалары және паспорты бар 20 бірлікке лайланудың салалық стандартты үлгісі (ЖСЖ). Лайлылық эталоны шамамен 1 мл жасушалардың мынадай шоғырлануына сәйкес келеді: ішек тобындағы микробтар үшін 0,93х109 жасушалар/мл; Көкжөтел тобындағы микробтарға арналған 11х109 жасушалар/мл; бруцеллезді микробтар үшін 1,7х116 жасушалар/мл; тырысқақ вибрионы үшін 4,2х113 жасушалар/мл; Туляремиялық микробтарға арналған 3х106 жасушалар/мл. Негізі: шынының ұсақ дисперсті өлшенуі Аттестатталған мәнінің қателігі: 2% -дан аспайтын ±. Сутегі көрсеткіші (pH): 7,3-8,5% Стандартты үлгінің негізі: полимерлік суспензия немесе тұрақтандырылған формазиндік суспензия Тығыздығы: 0,65-2,15 г/см ^{3}. Жарамдылық мерзімі: кемінде 12 ай. Жарамдылықтың қалдық мерзімі кемінде 70%.

Сапа және/немесе қауіпсіздік сертификатын, паспортты, қолдану нұсқаулығын, ҚР тіркеу куәлігін (қажет болған жағдайда) ұсынады.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17391739-1
Наименование Тендера:	приобретение реагентов для лаборатории (С)
№ лота:	№ 87286172-ЗЦПнеГ32
Наименование лота:	Реагенты диагностические и препараты фармацевтические прочие

Отраслевой стандартый образец (ОСО) мутности на 20 ед со стандартными пробирками и с паспортом. Эталон мутности ориентировочно соответствует следующим концентрациям клеток в 1 мл: 0,93х109 клеток/мл для микробов кишечной группы; 11х109 клеток/мл для микробов коклюшной группы; 1,7х116 клеток/мл для бруцеллезных микробов; 4,2х113 клеток/мл для холерного вибриона; 3х106 клеток/мл для туляремийных микробов. Основа: мелкодисперсная взвесь стекла, Погрешность аттестованного значения: не более ±2 %. Водородный показатель (pH): 7,3–8,5% Основа стандартного образца: полимерная суспензия либо стабилизированная формазиновая суспензия Плотность: 0,65–2,15 г/см³. Срок годности: не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности не менее 70%.

Предоставит сертификат качества и/или безопасности, паспорт, инструкция применения, регистрационное удостоверение РК (при необходимости).