Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17982868-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Астана қаласы әуежайының отын-жанармай құю кешені қызметі зертханасының қажеттіліктеріне арналған тауарлар (қайталау) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87215276-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Стандартты үлгі |
| **Лоттың сипаттауы:** | жабық тигельдегі тұтану |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Құты |
| **Жеткізу орны:** | 711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 30 күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Атауы: жабық тигельдегі көмірсутектердің тұтану температурасының стандартты үлгісі (ТВЗТ-30-ЭК)<br>Түрі - ГСО 8133-2002<br>Мақсаты: өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бақылау үшін;<br>Сипаттама:<br>- өлшеу диапазоны - 25-тен 40°С-қа дейін;<br>- үлгі материалы-о-ксилол;<br>- қаптамадағы материал көлемі -250 см3;<br>- тығыздағыш тығыны және бұрандалы қақпағы бар қара шыны бөтелкеде келеді;<br>Құжаттардың болуы:<br>- сапа паспорты/қолдану жөніндегі нұсқаулық. Жеткізу талаптары:<br>- бұйымдар маркасы белгіленген бүлінбеген зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс, өндірушінің атауы;<br>- қабылдау толықтығын тексергеннен кейін жүргізіледі. Шығарылған жылы 2026 ж. ерте емес<br>Кепілдік мерзімі ( айларда) Кем дегенде 24 ай. МемСТ 8.315-2019 Мемлекетаралық стандарты "Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты үлгілері. Негізгі ережелер". |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17982868-1 |
| **Наименование закупки:** | Товары для нужд лаборатории службы топливно - заправочного комплекса аэропорта г. Астана (повтор) |
| **Номер лота:** | № 87215276-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Стандартный образец |
| **Описание лота:** | вспышки в закрытом тигле |
| **Дополнительное описание лота:** | Стандартный образец вспышки в закрытом тигле |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Флакон |
| **Места поставки:** | 711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт |
| **Срок поставки:** | по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование: стандартный образец температуры вспышки углеводородов в закрытом тигле (ТВЗТ-30-ЭК) Тип – ГСО 8133-2002<br>Назначение: для контроля точности результатов измерений;<br>Описание: - диапазон измерений от - 25 до 40°С;<br>- материал образца – о-ксилол;<br>- объем материала в упаковке -250 $см^3$;<br>- поставляется во флаконе из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой;<br>Наличие документов: - паспорт качества/инструкция по применению.<br>Требования к поставке: - изделия должны быть поставлены в неповрежденной заводской упаковке с обозначением марки,<br>наименования производителя;<br>- приемка производится после проверки комплектности. Год выпуска Не ранее 2026 г.<br>Гарантийный срок (в месяцах) Не менее 24 месяцев. Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.315-2019 «Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» |