Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17560315-1
Сатып алудың атауы:	медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82122393-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық бактериологиялық талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Flow Cell Wash Kit(CDC)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Ауэзова 84
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелікке сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ДНҚ-ны сандық анықтауға арналған жинақ Тауардың атауы: Qubit флуориметрімен пайдалануға арнайы әзірленген ДНҚ-ны сандық анықтауға арналған жинақ. Талдау РНҚ-мен салыстырғанда екі тізбекті ДНҚ-ға (дцДНҚ) жоғары селективтілікке ие және бастапқы үлгі концентрациясы 10 пг/мкл-ден 100 нг/мкл-ге дейінгі диапазонда дәл өлшеуге арналған. Жинақ құрамына концентрленген талдау реагенті, сұйылтуға арналған буфер және алдын ала сұйылтылған ДНҚ стандарттары кіреді. Реагентті ұсынылған буфермен сұйылтып, үлгіні қосу қажет (1 мкл-ден 20 мкл-ге дейінгі кез келген көлемді пайдалануға болады), содан кейін Qubit флуориметрі арқылы концентрацияны анықтайды. Тұздар, бос нуклеотидтер, еріткіштер, детергенттер немесе ақуыздар сияқты кең таралған ластаушы заттарға талдау төзімді. Үлгі түрі: екі тізбекті ДНҚ (дцДНҚ). Реакциялар саны: 100 реакция. Сандық анықтау диапазоны: 0,2–100 нг. Жарамдылық мерзімі: тауар жеткізілген кезде жарамдылық мерзімінің кемінде 60%-ы қалуы тиіс.Өндіруші зауыт ұсынатын құжаттар: тауардың шығу тегін растайтын сертификат;сапа сертификаты.Жеткізу шарттары: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20 күнтізбелік күн ішінде. Тауарды Жеткізуші көрсетілген мекенжайға дейін жеткізіп, түсіру және қаптамасынан босату жұмыстарын өзі жүзеге асырады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17560315-1
Наименование закупки:	приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 82122393-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для автоматического бактериологического анализатора
Дополнительное описание лота:	Flow Cell Wash Kit (CDC)
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Ауэзова 84
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор для количественного определения ДНК Наименование товара: Набор для количественного определения ДНК, разработан специально для использования с флуориметром Qubit. Анализ является высокоселективным для двухцепочечной ДНК (дцДНК) по сравнению с РНК и разработан с учетом точности дляисходных концентраций образца от 10 пг/мкл до 100 нг/мкл. В наборвходят концентрированный реагент для анализа, буфер для разведения, и предварительно разведенные стандарты ДНК. Просто разбавьте реагент предоставленным буфером, добавьте образец (допустим любой объем от 1 мкл до 20 мкл) и считайте концентрацию с помощью флуориметра Qubit. Общие загрязнители, такие как соли, свободные нуклеотиды, растворители, детергенты или белок, хорошо переносятся в анализе. Тип образца: двухцепочечная ДНК. Количество реакций: 100 реакций. Диапазон количественного определения: 0,2-100 нг. Срок годности должен быть на момент доставкине менее 60%. Документы от завода производителя: - сертификат происхождения товара - сертификат. Условия поставки: В течении 20 календарных дней по заявке Заказчика. Товар поставляется Поставщиком к указанному адресу разгружается и распаковывается.