Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17708342-1
Сатып алудың атауы:	Радиациялық технологиялар орталығына арнайы жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83356223-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Хроматограф жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	технологиялық процестердің параметрлерін бақылау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Agilent 1260 Infinity сұйық хроматографына арналған NaF алдын ала бағаны
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші бойынша, өтінішті алғаннан кейін күнтізбелік 16 (он алты) күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты - жоқ. Халықаралық стандарт - жоқ. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: 1.Сәйкестік сертификаты және/немесе тауардың шығу тегі туралы сертификат 2.Жеткізілетін серияға өндіруші берген талдау сертификаты / сапа сертификаты 3.Паспорт / Қауіпсіздік паспорты 4.Өнім туралы ақпарат (егер бар болса) 5.Тауарды жеткізу кезінде барлық ілеспе құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылып ұсынылуы тиіс. Тауар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 4 ақпандағы №15 бұйрығының талаптарына сәйкес қабылданады. 6.Жабдық өндірушісінен колонканың үйлесімділігі туралы растау хаты. Функционалдық сипаттамасы: Agilent 1260 Infinity сұйықтық хроматографына арналған, РФДП радиохимиялық тазалығын анықтау кезінде тиісті сапа бақылауын қамтамасыз ететін бағана. Техникалық сипаттамасы: Agilent 1260 Infinity жүйесімен үйлесімді болуы тиіс. Hamilton® PRP-X100 колонкасымен үйлесімді. Түрі: анионалмастырғыш (anion exchange) Колонка өлшемі: Ұзындығы = 25 мм Ішкі диаметрі = 4,0 мм Бөлшек өлшемі: 10 мкм pH тұрақтылығы: 0–13 pH Максималды қысым: 5000 psi. Сапалық сипаттамасы: Бағана материалы агрессивті және химиялық заттарға, сондай-ақ жоғары қысымға төзімді. Тапсырыс берушімен келісім бойынша. Пайдалану сипаттамасы: Кепілдік мерзімі 12 (он екі) айдан кем емес; Жарамдылық мерзімі: өндірушінің НҚ-на (нормативтік құжаттамасына) сәйкес. Тасымалдау шарттары: Өндірушінің талаптарына сәйкес тасымалдау кезінде қапталған компоненттер сілкініске ұшырамауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17708342-1
Наименование закупки:	Закуп специального инвентаря для Центра радиационных технологий
Номер лота:	№ 83356223-ЗЦП3
Наименование лота:	Комплект хроматографа
Описание лота:	для контроля параметров технологических процессов
Дополнительное описание лота:	Предколонка для колонки NaF для жидкостного хроматографа Agilent 1260 Infinity
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	по заявке заказчика, после получения заявки в течение 16 (шестнадцати) календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан - отсутствует. Межнациональный стандарт - отсутствует. Поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы: 1. Сертификат соответствия и/или сертификат происхождения товара 2.Сертификат анализа / сертификат качества на поставляемую серию, выданный производителем. 3. Паспорт/ Паспорт безопасности (при наличии) 4. Информацию о продукте (при наличии) 5. При поставке товара все сопроводительные документы предоставляются с переводом на казахский и русский языки. Товар принимается в соответствии с условиями Приказа КР ДСМ №15 от 04.02.2021г. 6. Письмо с подтверждением от производителя оборудования о совместимости колонки. Функциональная характеристика: Для надлежащего контроля качества, а также для продления службы колонки, для жидкостного хроматографа Agilent 1260 Infinity. Техническую характеристика: Должна быть совместимо с системой Agilent 1260 Infinity. Совместимость с Hamilton® PRP-X100. Тип: анионообменного типа Размер колонки: Длина = 25 мм; Внутренний диаметр = 4,0 мм. Размер частиц: 10 мкм. pHстабильность: 0–13pH Максимальное давление: 5000 psi. Качественная характеристика: Материал колонки устойчив к агрессивным и химическим веществам и высокому давлению. По согласованию с заказчиком. Эксплуатационная характеристика: Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев; Срок годности: в соответствии с НД производителя. Условия транспортировки: При транспортировке согласно требованиям производителя, упакованные компоненты не должны испытывать сотрясения.