Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011386-1
Сатып алудың атауы:	Өнім Техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес болуы керек
Лоттың нөмірі:	№ 83139152-ОИ2
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	әртүрлі иондар мен қосылыстардың концентрациясын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кассета қалқанша безді ынталандыратын гормон (TSH) 200 сынаққа.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Розыбакиева 74
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік тәулік ішінде тауарларды жеткізу. Кейінгі тауарларды кестеге сәйкес жеткізу, кесте шартқа қол қойылғаннан кейін бекітіледі. (Жеткізуденбұрынжеткізілетінтауарлардың үлгісін,сондай-ақжеткізілетінтауарлардыңбарлықсипаттамаларынкөрсетіңіз)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Кассета қалқанша безді ынталандыратын гормон (TSH) 200 сынаққа. Мақсаты: адамның қан сарысуындағы және плазмасындағы тиреотропинді сандық анықтауға арналған. Реагенттер мен жұмыс ерітінділері: негізгі реагенттері бар қаптамада TSH жапсырмасы бар. М стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 12 мл: стрептавидинмен қапталған микробөлшектер, 0.72 мг / мл; консервант. R1 анти-TSH антиденелері~биотин (сұр қақпақ), 1 құты, 14 мл: Биотинилденген моноклоналды анти-TSH антиденелері (тышқандар) 2.0 мг/л; фосфат буфері 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 анти-TSH-AB~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 құты, 12 мл: 1.2 мг/л рутений кешенімен белгіленген моноклоналды анти-TSH антиденелері (тышқандар/адамдар); фосфат буфері 100 ммоль/л, PH 7.2; консервант. Сақтау және тасымалдау шарттары: тоңазытқышта қатаң тік күйде сақтаңыз. Сақтау мерзімі 2 8 °C, Cobas жиынтығының жапсырмасындағы жарамдылық мерзімін қараңыз с. анализатор бортында 10 15 °C температурада қолданған кезде 8 апта. Тасымалдау 2-8 °C температурада салқындатқыш элементтері бар термоконтейнерлерде қатаң тік күйде болуы керек, мұздатуға және жоғары температураға ұшырамауы керек. Калибрлеу екі нүкте бойынша сызықты, калибрлеу жиілігі 7 күн. Өлшеу диапазоны 0.300 10.0 нмоль / л немесе 0.195 6.51 нг / мл (анықтаудың төменгі шегінің мәні және анықтамалық калибрлеу қисығының максималды мәні бойынша анықталады). Шекті мәннен төмен мәндер анықтаулар < 0.300 нмоль / л немесе < 0.195 нг / мл ретінде анықталады. өлшеу диапазонынан жоғары мәндер > 10.0 нмоль/л немесе > 6.51 нг/мл ретінде анықталады.тесттің қайталануы 2,5% - дан аспайды. Cobas e411 анализаторына арналған реагенттер. Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011386-1
Наименование закупки:	Товар должен быть в строгом соответствии технической спецификации
Номер лота:	№ 83139152-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения концентрации различных ионов и соединений
Дополнительное описание лота:	Кассета Тиреотропный гормон (TSH) на 200 тестов.
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Розыбакиева 74
Срок поставки:	Первая Поставка Товары в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки от Заказчика. Последующая Поставка товара согласно графику, график утверждается после подписания договора. (Перед поставкой обязательно предъявлять образец, а так же уточнять все характеристики поставляемого товара)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Кассета Тиреотропный гормон (TSH) на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2 8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10 15 °C 8 недели. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 0.300 10.0 нмоль/л или 0.195 6.51 нг/мл (определяется по значению нижнего предела обнаружения и максимальному значению референсной калибровочной кривой). Значения ниже предела обнаружения определяются как < 0.300 нмоль/л или < 0.195 нг/мл. Значения выше диапазона измерений определяются как > 10.0 нмоль/л или > 6.51 нг/мл. Воспроизводимость теста - не более 2,5 %. Реагенты для анализатора Cobas e411. Наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя."