Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987354-1
Сатып алудың атауы:	бактерицидтік сәулелендіргішті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88758333-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бактерицидті сәулелендіргіш, қабырғалық-төбелік, ОБНП 2*30
Саны, көлемі:	32
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Төле би даңғ., 119
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сәулелендіргіш бактерицидтік қабырғалық-төбелік ОБНП 2х30. Жабдық болуы керек: - жаңа, пайдаланылмаған; – Шығарылған жылы-2026 жылдан ерте емес; - зауытта жасалған. Жабдықты бітіргеннен кейін тіркеу куәлігі, сәйкестік сертификаты, зауыт паспорты, сондай-ақ кепілдік паспорты болуы керек. Кепілдік мерзімі (айлармен): 37 ай. Сәулелендіргіш бактерицидті. Мақсаты: бактериялық ұрықтану деңгейін төмендету және жұқпалы аурулардың қоздырғыштарының ауа тамшыларымен таралуын болдырмау үшін жағдай жасау мақсатында үй-жайлардағы ауа мен бетті ультракүлгін бактерицидтік сәулемен зарарсыздандыруға арналған. Емдеу-профилактикалық мекемелерде (емханалар, перзентханалар және т.б.) қолданылады. Дизайн ерекшеліктері: Қорғаныш жабыны бар берік металл корпус Вандалға қарсы пластикалық бүйір қабырғалары Ашық ультракүлгін-С сәулелену шамдары - максималды тиімділік Қабырғаға немесе төбеге әмбебап бекіту Бактерицидтік шамдардың саны, дана-кемінде 2 дана. Жалпы қуаты кемінде 30 ватт. Дезинфекция дәрежесі-99.9% дейін. Өнімділік - 70 м3/сағ*. Жалпы өлшемдері-940× 86 × 95 мм артық емес. Салмағы - ~1.6-1.8 кг. Сәулелендіргіштің қызмет ету мерзімі, жыл - 10. Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда. Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жылына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі

	беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987354-1
Наименование закупки:	приобретение бактерицидного облучателя
Номер лота:	№ 88758333-ЗЦП1
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	бактерицидный, ультрафиолетовое излучение
Дополнительное описание лота:	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный, ОБНП 2*30
Количество:	32
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата пр.Толе би, 119
Срок поставки:	60 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30. Оборудование должно быть: - новым, не бывшим в эксплуатации; - год выпуска – не раннее 2026 года; - заводского изготовления. При поставки оборудования должно быть регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, заводской паспорт, также гарантийный паспорт. Гарантийный срок (в месяцах): 37 месяцев. Облучатель бактерицидный. Назначение: Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением с целью снижения уровня бактериальной обсеменённости и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний воздушно-капельным путем. Применяют в лечебно-профилактических учреждениях (поликлиники, роддома и др.). Особенности конструкции: Прочный металлический корпус с защитным покрытием Пластиковые боковины с антивандальным исполнением Открытые лампы УФ-С излучения — максимальная эффективность Универсальное крепление на стену или потолок Количество бактерицидных ламп, шт.-не менее 2 шт. Общая мощность- не менее 30 Вт. Степень обеззараживания- до 99.9%. Производительность- 70 м³/час*. Габаритные размеры – не более 940× 86 × 95 мм. Масса - ~1.6–1.8 кг. Срок службы облучателя, лет- 10. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники