Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18003986-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық жабдықтар мен медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88400816-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тест-жолақ
Лоттың сипаттауы:	қандағы глюкоза мөлшерін анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ABK Care Multi үшін глюкозаға арналған тест-жолақтар, қаптамада кемінде 50 дана.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы ықшам ауданы Алтын Орда, 19Е учаскесі
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойғаннан бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Глюкоза деңгейін анықтауға арналған тест-жолақтар - Атауы: Экспресс-анализаторға арналған капиллярлық қандағы глюкоза деңгейін сандық өлшеуге арналған тест-жолақтар. - Үйлесімділігі: ABK Care Multi экспресс-талдау жүйесімен толық үйлесімді болуы тиіс. - Өлшеу әдісі: Электродтық жолақтарды пайдалана отырып, электрохимиялық (амперометриялық) әдіспен өлшеу. - Өлшеу диапазоны: 0,6-дан 33,3 ммоль/л-ге дейін (10–600 мг/дл). - Нәтижелерді калибрлеу: Қан плазмасы бойынша. - Кодтау түрі: Автоматты (әр қаптамада жеткізілетін жеке код-чип арқылы). - Шығарылу түрі / қаптамасы: Ылғал сіңіргіші бар түпнұсқа пластик құтыда. Қаптамадағы саны: кемінде 50 дана. - Жиынтықталуы: Тест-жолақтары бар құты — кемінде 1 дана; калибрлеу кодчипі — кемінде 1 дана; мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулық

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18003986-1
Наименование закупки:	Приобретение медецинского оборудования и медицинских изделий
Номер лота:	№ 88400816-ЗЦП2
Наименование лота:	Тест-полоска
Описание лота:	для определения содержания глюкозы в крови
Дополнительное описание лота:	Тест полоски для ABK care Multi глюкоза, в упаковке не менее 50 шт
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана мкр. Алтын орда, уч.19Е
Срок поставки:	в течение 20-и календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тест-полоски для определения уровня глюкозы * Наименование: Тест-полоски для количественного измерения уровня глюкозы в капиллярной крови для экспресс-анализатора. * Совместимость: Полная совместимость с системой экспресс-анализа ABK Care Multi. * Метод измерения: Электрохимический (амперометрический) с использованием электродных полосок. * Диапазон измерений: От 0,6 до 33,3 ммоль/л (10–600 мг/дл). * Калибровка результатов: По плазме крови. * Тип кодирования: Автоматическое (при помощи индивидуального код-чипа, поставляемого в каждой упаковке). * Форма выпуска / Упаковка: В оригинальной пластиковой тубе с влагопоглотителем. Количество в упаковке: не менее 50 штук . * Комплектация: Туба с тест-полосками — не менее 1 шт., калибровочный кодчип — не менее 1 шт., инструкция по применению на государственном и русском языках