Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17917381-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық өнім
Лоттың нөмірі:	№ 88506921-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Изотоникалық су
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3 компонентті жүйелерге арналған КТ03А сұйылтқышы (20л)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы,Владимирская 1а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші тапсырыс берген күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде,2026 жылдың аяғына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	3 компонентті жүйелерге арналған КТ03А сұйылтқышы.Сұйылтқыш қан үлгілерін сұйылту және жасушаларды талдау алдында жасушалық суспензияларды дайындау үшін қолданылады. Көлемі: 20 л. Құрамы: Натрий сульфаты, буфер, микробқа қарсы агент. Сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімі: Коррозия тудыратын газдар жоқ, жақсы желдетілетін жерде, 2–30°C температурада және салыстырмалы ылғалдылығы ≤90% жағдайда сақталғанда, тығыздалған құтының жарамдылық мерзімі – 2 жыл. 15–30°C температурада пайдаланылған кезде, ашылған құтының жарамдылық мерзімі – 90 күн. КТ-60 автоматты гематологиялық анализаторларына арналған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17917381-1
Наименование закупки:	Медицинские изделие (мед.орг)
Номер лота:	№ 88506921-ЗЦП1
Наименование лота:	Вода изотоническая
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	KT03A разбавитель для 3-х частей (20л)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г Атырау,улица Владимирская 1а
Срок поставки:	Согласно заявке заказчика в течение 10-ти рабочих дней, в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	KT03A разбавитель для 3-х частей.Разбавитель используется для разбавления образцов крови и приготовления клеточных суспензий перед проведением анализа клеток. Объем: 20 л Состав: Сульфат натрия, буфер, антимикробное средство. Условия хранения и срок годности: при хранении при температуре 2–30 °C, относительной влажности ≤90 %, в отсутствие коррозионных газов в хорошо проветриваемом помещении срок хранения закрытого флакона составляет 2 года. При использовании при температуре 15–30 °C срок хранения открытого флакона составляет 90 дней. Для автоматических гематологических анализаторов KT-60