Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17895363-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Лоттың нөмірі:	№ 84402755-3ЦП1
Лоттың атауы:	Таразы
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Весы медицинские
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615530200, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Қосмезгіл а. Кентогай 7Б
Жеткізу мерзімі:	20 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медицинские электронные весы с ростомером / Ростомері бар медициналық электронды таразы • Наибольший предел взвешивания (Max) / Салмақ өлшеудің ең жоғары шегі: не менее 200 кг. • Наименьший предел взвешивания (Min) / Салмақ өлшеудің ең төменгі шегі: не более 1 кг. • Дискретность ответа (цена деления) / Бөліну құны: 50 г (при взвешивании до 100 кг) / 100 г (при взвешивании свыше 100 кг). • Диапазон измерения роста / Бойды өлшеу диапазоны: в пределах от 0,8 м до 2,2 м (80 — 220 см). • Погрешность измерения роста / Бойды өлшеудеге қателік: не более ±4 мм. • Пределы погрешности взвешивания / Салмақты өлшеу қателігі: ±25 г (в диапазоне до 25 кг), ±50 г (в диапазоне 25–100 кг), ±100 г (в диапазоне свыше 100 кг). • Выборка массы тары / Ыдыс салмағын алып тастау диапазоны: в пределах 0 — 20 кг. • Дополнительные функции / Қосымша функциялар: автоматическое вычисление ИМТ (индекс массы тела) / Дене салмағының индексін (ДСИ) автоматты түрде есептеу. • Питание / Электр қоректендіру көзі: от сети переменного тока 220 В (через адаптер питания) и/или автономное от аккумуляторов типа АА (в количестве 3 шт.). • Диапазон рабочих температур / Жұмыс температурасының диапазоны: стабильная работа в пределах от +10 °C до +40 °C. • Габаритные размеры (в рабочем виде) / Жұмыс жағдайындағы габариттік өлшемдері: не более 580 × 540 × 2430 мм. • Масса весов / Таразының салмағы: не более 13 кг. • Средний срок службы / Орташа қызмет ету мерзімі: не менее 6 — 8 лет / жыл. СТ РК 2.371-2015

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17895363-1
Наименование закупки:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Номер лота:	№ 84402755-ЗЦП1
Наименование лота:	Весы
Описание лота:	медицинские
Дополнительное описание лота:	Весы медицинские
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615530200, Туркестанская область, район Сауран, с. Космезгил Кентогай 7Б
Срок поставки:	в течение 20 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Медицинские электронные весы с ростомером / Ростомері бар медициналық электронды таразы • Наибольший предел взвешивания (Max) / Салмақ өлшеудің ең жоғары шегі: не менее 200 кг. • Наименьший предел взвешивания (Min) / Салмақ өлшеудің ең төменгі шегі: не более 1 кг. • Дискретность ответа (цена деления) / Бөліну құны: 50 г (при взвешивании до 100 кг) / 100 г (при взвешивании свыше 100 кг). • Диапазон измерения роста / Бойды өлшеу диапазоны: в пределах от 0,8 м до 2,2 м (80 — 220 см). • Погрешность измерения роста / Бойды өлшеудеге қателік: не более ±4 мм. • Пределы погрешности взвешивания / Салмақты өлшеу қателігі: ±25 г (в диапазоне до 25 кг), ±50 г (в диапазоне 25–100 кг), ±100 г (в диапазоне свыше 100 кг). • Выборка массы тары / Ыдыс салмағын алып тастау диапазоны: в пределах 0 — 20 кг. • Дополнительные функции / Қосымша функциялар: автоматическое вычисление ИМТ (индекс массы тела) / Дене салмағының индексін (ДСИ) автоматты түрде есептеу. • Питание / Электр қоректендіру көзі: от сети переменного тока 220 В (через адаптер питания) и/или автономное от аккумуляторов типа АА (в количестве 3 шт.). • Диапазон рабочих температур / Жұмыс температурасының диапазоны: стабильная работа в пределах от +10 °C до +40 °C. • Габаритные размеры (в рабочем виде) / Жұмыс жағдайындағы габариттік өлшемдері: не более 580 × 540 × 2430 мм. • Масса весов / Таразының салмағы: не более 13 кг. • Средний срок службы / Орташа қызмет ету мерзімі: не менее 6 — 8 лет / жыл. СТ РК 2.371-2015