Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17966402-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88566950-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	бір реттік, нитрилді, стерильді емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Перчатки не стерильные медицинские одноразовые №100
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Лермонтов к-сі 174
Жеткізу мерзімі:	15 календарных дней с действия договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техническая спецификация Перчатки не стерильные 100пара Общие характеристики (медицинские смотровые/диагностические перчатки: нитриловые или латексные) • Назначение: Одноразовое использование для проведения осмотров, диагностических и терапевтических процедур, защиты рук от биологических жидкостей, инфекций и загрязнений. • Вид: Нестерильные, смотровые (диагностические). • Исполнение: Неопудренные (без пудры/талка) или опудренные (в зависимости от требований, неопудренные предпочтительнее для предотвращения аллергии и сухости кожи). • Форма: Пятипалые, универсальной формы (подходят как для левой, так и для правой руки) или анатомические. • Поверхность: Текстурированная на пальцах или по всей поверхности для надежного захвата инструментов. • Цвет: Голубой, синий, фиолетовый, белый, розовый и др. (в зависимости от производителя и типа материала). _____ Физико-химические и механические параметры • Материал изготовления: o 100% синтетический нитрил (гипоаллергенный, без протеинов натурального латекса) — или натуральный латекс. • Размерный ряд: XS, S, M, L, XL (с указанием ширины ладони и длины): o Ширина ладони: S (80±10 мм), M (95 мм), L (110 мм) и т.д. o Длина перчатки: не менее 220–240 мм (для стандартных смотровых). • Жеткізілетін дәрілік заттардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы мемлекеттік тіркеуі, сертификаты болуы керек

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17966402-1
Наименование закупки:	Приобретение товара согласно технической спецификии
Номер лота:	№ 88566950-ЗЦП2
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	одноразовые, нитриловые, нестерильные
Дополнительное описание лота:	Перчатки не стерильные медицинские одноразовые №100
Количество:	4
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район Лермонтов 174
Срок поставки:	15 календарных дней с действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Перчатки не стерильные 100пара Общие характеристики (медицинские смотровые/диагностические перчатки: нитриловые или латексные) • Назначение: Одноразовое использование для проведения осмотров, диагностических и терапевтических процедур, защиты рук от биологических жидкостей, инфекций и загрязнений. • Вид: Нестерильные, смотровые (диагностические). • Исполнение: Неопудренные (без пудры/талка) или опудренные (в зависимости от требований, неопудренные предпочтительнее для предотвращения аллергии и сухости кожи). • Форма: Пятипалые, универсальной формы (подходят как для левой, так и для правой руки) или анатомические. • Поверхность: Текстурированная на пальцах или по всей поверхности для надежного захвата инструментов. • Цвет: Голубой, синий, фиолетовый, белый, розовый и др. (в зависимости от производителя и типа материала). _____ Физико-химические и механические параметры • Материал изготовления: o 100% синтетический нитрил (гипоаллергенный, без протеинов натурального латекса) — или натуральный латекс. • Размерный ряд: XS, S, M, L, XL (с указанием ширины ладони и длины): o Ширина ладони: S (80±10 мм), M (95 мм), L (110 мм) и т.д. o Длина перчатки: не менее 220–240 мм (для стандартных смотровых). • Жеткізілетін дәрілік заттардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы мемлекеттік тіркеуі, сертификаты болуы керек