Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986027-1
Сатып алудың атауы:	аурухана қажеттіліктері үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88507987-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Мамандандырылған шам
Лоттың сипаттауы:	биомикроскоп үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	6 v20w типті микроскопты жарықтандыру шамы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Ескелды би 285
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Микроскопқа арналған жарықтандыру шамы, түрі 6V 20W 1. Тауардың атауы: микроскопқа арналған жарықтандыру шамы. 2. Мақсаты: зертханалық жағдайда микроскопиялық зерттеулер жүргізу кезінде зерттелетін үлгілерді жарықтандыруға арналған. 3. Бұйымның түрі: микроскопқа арналған жарықтандыру шамы. 4. Шамның түрі: галогенді. 5. Номиналды кернеуі: 6 В. 6. Номиналды қуаты: 20 Вт. 7. Цоколь түрі: микроскоптың штаттық патронына сәйкес болуы тиіс. 8. Орнату түрі: микроскоптың штаттық жарықтандыру блогына орнатуға арналған. 9. Жарық ағыны: зерттелетін нысанды жеткілікті жарықтандыруды және жарықтың біркелкі таралуын қамтамасыз етуі тиіс. 10. Үйлесімділігі: шам микроскоптың штаттық жарықтандыру жүйесінің электрлік және техникалық параметрлеріне сәйкес болуы тиіс. 11. Жарық сапасы: зертханалық зерттеулерді қолайлы жүргізуді қамтамасыз ететін тұрақты, жыпылықтаусыз жарық беруі тиіс. 12. Тауардың жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. 13. Жиынтықтылығы: жарықтандыру шамы – 1 дана. 14. Қаптамасы: тасымалдау кезінде шамның сақталуын қамтамасыз ететін жеке қорғаныш қаптамасы болуы тиіс. 15. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 16. Жеткізуші тауарды жеткізер алдында ұсынылатын шамның пайдаланылатын микроскоптың моделі мен түріне сәйкестігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Қосымша талаптар: шам медициналық зертханалық микроскоптарда пайдалануға арналған және жарықтандыру жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Көрсетілген техникалық сипаттамаларға толық сәйкес келген жағдайда баламалы тауарды жеткізуге жол беріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986027-1
Наименование закупки:	закупка товаров для нужд больницы
Номер лота:	№ 88507987-ЗЦП3
Наименование лота:	Лампа специализированная
Описание лота:	для биомикроскопа
Дополнительное описание лота:	лампа подсветка для микроскопа тип 6 V20W
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Ескелды би 285
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Лампа подсветки для микроскопа, тип 6V 20W 1. Наименование товара: лампа подсветки для микроскопа. 2. Назначение: предназначена для обеспечения освещения исследуемых образцов при проведении микроскопических исследований в лабораторных условиях. 3. Тип изделия: лампа осветительная для микроскопа. 4. Тип лампы: галогенная. 5. Номинальное напряжение: 6 В. 6. Номинальная мощность: 20 Вт. 7. Тип цоколя: должен соответствовать штатному патрону микроскопа. 8. Тип установки: предназначена для установки в штатный осветительный блок микроскопа. 9. Световой поток: должен обеспечивать достаточную яркость и равномерность освещения исследуемого объекта. 10. Совместимость: лампа должна соответствовать электрическим и техническим параметрам штатной системы подсветки микроскопа. 11. Качество освещения: стабильное свечение без мерцания, обеспечивающее комфортное проведение лабораторных исследований. 12. Состояние товара: новый, ранее не использованный. 13. Комплектность: лампа подсветки — 1 шт. 14. Упаковка: индивидуальная защитная упаковка, обеспечивающая сохранность лампы при транспортировке. 15. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 16. Перед поставкой товара поставщик обязан согласовать с заказчиком соответствие предлагаемой лампы модели и типу используемого микроскопа. Дополнительные требования: лампа должна быть предназначена для использования в медицинских лабораторных микроскопах и обеспечивать надёжную работу системы освещения. Допускается поставка эквивалентного товара при условии полного соответствия указанным техническим характеристикам.