Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18007082-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83194062-ОИ2
Лоттың атауы:	Медициналық жүйе
Лоттың сипаттауы:	ұйқы артерияларын стенттеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тромбоэкстракцияға арналған құрылғы ишемиялық инсульт өткерген пациенттерде қан ағымын қалпына келтіруге арналған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Тромбэкстракцияға арналған құрылғы (стент-ретривер) Саны: 1 дана Бассүйекішілік қан тамырларының жедел ишемиялық окклюзиясы кезінде қан ағынын қалпына келтіруге арналған тромбэкстракциялық құрылғы. Стент: нитинолдан лазерлік кесу әдісімен немесе радиалды күші, ашылуы және тромбты ұстау қабілеті баламалы болатын өзге де технологиямен дайындалған, өздігінен кеңейетін. Конструкциясы құрылғыны түпкілікті босатқанға дейін оны кері тартып алу және қайта орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Дистальды және проксимальды бөліктерінде және/немесе жұмыс бөлігінің бойында рентгеноскопия арқылы орналасуын бақылауға жеткілікті рентгенконтрастты маркерлер болуы тиіс. Қайта орналастырылатын және жылжытылатын болуы тиіс. Рентгенконтрасттылық құрылғының дистальды бөлігіндегі және жеткізу жүйесіндегі рентгенконтрастты маркерлер арқылы қамтамасыз етіледі. Құрылғы қан тамырының диаметріне байланысты бірнеше өлшемде ұсынылуы тиіс. Таңдалған құрылғының өлшеміне байланысты ішкі диаметрі 0,017, 0,021 және/немесе 0,024 дюйм болатын микрокатетерлермен үйлесімді болуы тиіс. Жұмыс диаметрлерінің диапазоны: 2–6 мм. Жиынтық құрамы: Стент-ретривер – өздігінен кеңейетін нитинолды стент. Итергіш – жеткізу жүйесінің бөлігі. Интродьюсер түтігі – жеткізу жүйесінің бөлігі. Стент-ретривер мен итергіш интродьюсер түтігінің ішінде орналастырылуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18007082-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83194062-ОИ2
Наименование лота:	Система медицинская
Описание лота:	для стентирования сонных артерий
Дополнительное описание лота:	Устройство для тромбоэкстракции предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Устройство для тромбоэкстракции (стент-ретривер) Количество: 1 шт. Устройство для тромбоэкстракции для восстановления кровотока при острой ишемической окклюзии внутричерепных сосудов. Стент — саморасширяющийся, изготовленный из нитинола методом лазерной резки либо иной технологией, обеспечивающей эквивалентные радиальную силу, раскрытие и захват тромба. Конструкция должна обеспечивать возможность извлечения и репозиционирования устройства до окончательного высвобождения. Наличие рентгеноконтрастных маркеров на дистальной и проксимальной частях и/или по длине рабочей части, достаточных для контроля положения под рентгеноскопией. Перестраиваемый, перемещаемый. Рентгеноконтрастность обеспечивается рентгенконтрастными маркерами на дистальной части устройства и системе доставки. Устройство должно иметь несколько типоразмеров в зависимости от диаметра сосуда. Совместимость с микрокатетерами с внутренним диаметром 0,017, 0,021 и/или 0,024 дюйма в зависимости от выбранного размера устройства. Диапазон рабочих диаметров — от 2 мм до 6 мм. Комплектность: стент-ретривер — саморасширяющийся нитиноловый стент; толкатель — часть системы доставки; тубус интродьюсера — часть системы доставки. Стент-ретривер и толкатель размещаются в тубусе интродьюсера. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.