Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17497431-1
Сатып алудың атауы:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Лоттың нөмірі:	№ 87634590-ОИЗ
Лоттың атауы :	Арнайы материал
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл.Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих паталогическим, для контроля качества тестов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; Apo-A1; Apo-B; HDLC; LDLC; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Актобе к., Рыскулов к.192
Жеткізу мерзімі:	10.09.2026

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл.Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих паталогическим, для контроля качества тестов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; Apo-A1; Apo-B; HDLC; LDLC; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17497431-1
Наименование закупки:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Номер лота:	№ 87634590-ОИЗ
Наименование лота:	Материал специальный
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл.Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих паталогическим, для контроля качества тестов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; Apo-A1; Apo-B; HDLC; LDLC; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г.Актобе, ул.Рыскулова 192
Срок поставки:	10.09.2026

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл.Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих паталогическим, для контроля качества тестов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; Apo-A1; Apo-B; HDLC; LDLC; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.