Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17660951-1
Тендер атауы:	реагенттер жиынтығын (СЭБ) сатып алу
Лоттың №:	№ 87924826-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық

Полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен биологиялық материалдағы Қырым-Конго геморрагиялық безгегі вирусының РНК (ККГЛ, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, CCHFV) анықтауға арналған реагенттер жиынтығы ішкі бақылау үлгісі (ШҚО) үшін - FAM флуорофорына сәйкес келетін арна бойынша, кДНК ерекше учаскесі үшін - JOE флуорофорына сәйкес арна бойынша амплификация нәтижелерін бұндастыру-флуоресценттік детекциялау арқылы жүргізіледі. Жинақта мыналар болуы тиіс: ішкі бақылау үлгісі (ШҚО), экстракцияны теріс және оң бақылау (ОКО және ПКО), ПТР теріс және оң бақылау (К- және К+), тРНК бар ерітінді (1 мкг/мкл).

кемінде 60 анықтама жиынтығы

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17660951-1
Наименование Тендера:	приобретение набора реагентов (СЭБ)
№ лота:	№ 87924826-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Пасты для лепки; воск зубоврачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

Набор реагентов для выявления РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, CCHFV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов амплификации по каналу, соответствующему флуорофору FAM - для внутреннего контрольного образца (ВКО), по каналу, соответствующему флуорофору JOE - для специфического участка кДНК. Набор должен содержать: внутренний контрольный образец (ВКО), отрицательный и положительный контроли экстракции (ОКО и ПКО), отрицательный и положительный контроли ПЦР (К- и К+), раствор с тРНК (1 мкг/мкл).

набор не менее 60 определений