KZ.P.E0598
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Мангистауметросервис"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.E0598

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений: DT-02-25-3874181

Весы циферблатные

(наименование средства измерений)

Тип РН-3Ц13У

заводской номер 22053

от 20 г до 3 кг

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель Россия, Дата изготовления 1987

Пользователь Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли - сад № 54 «Айналайын» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской областиМангистауская область, город Актау, Микрорайон 13, 18

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.02.02.04514-2015, ГОСТ 8.453-82 ("ГСИ. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки")

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Гири образцовые 2-горазряда , ЭТАЛОН, зав. №427, в диапазоне от 1до 10 кг, класс точн.: -, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: 11г

Барометр-анероид метеорологический , БАММ-1, зав. №7965, в диапазоне от 80 кПа до 106 кПа , класс точн. ± 0,2 кПа; ± 0,5 кПа, раз. -, погреш. ± 0,2 кПа; ± 0,5 кПа, рас. неопр. U= ± 0,2 кПа при k=2, P=95%. Измеритель комбинированный, Testo 608-H1, зав. №2485161081, в диапазоне От 10 % до 95 % RH; от 0ºС до 50ºС, класс точн. ± 3%; ± 0,5 ºС, раз. -, погреш. ± 3%; ± 0,5 ºС, рас. неопр. U= ± 0,12 °С при k=2, P=95%

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
средний в качестве рабочего СИ

Информация о прослеживаемости измерений BI. BI. RS

Дата поверки: 22.08.2025 Действителен до: 22.08.2026

Руководитель отдела (лаборатории) Адылханова М.М.

Поверитель Акимов А.А.

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 1388145









