Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17977884-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88649125-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	инфрақызыл
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық байланыссыз Термометр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық байланыссыз Термометр адамның дене температурасын, сондай-ақ қоршаған орта мен беттердің температурасын инвазивті емес (байланыссыз) өлшеуге арналған. Дене температурасын өлшеу диапазоны: 34,0 °C-тан 42,5 °C-қа дейін емес. * Объектіге дейінгі жұмыс қашықтығы: 1-ден 5 см-ге дейін. * Дисплей: жарық жеткіліксіз жағдайда жұмыс істеуге арналған жарықтандырылған сұйық кристалды (СКД). • Дабыл: дыбысты өшіру мүмкіндігі бар температура шегінен асқан кезде (мысалы, 37,5 °C немесе 38,0 °C жоғары) дыбыстық және түсті индикацияның болуы. * Жад: кем дегенде 20 соңғы өлшемдегі кірістірілген тұрақты жад. Термометр өлшеу құралдарын қолданыстағы тексерумен қамтамасыз етілуі керек. ГОСТ 16920-93

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17977884-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских товаров
Номер лота:	№ 88649125-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	инфракрасный
Дополнительное описание лота:	Термометр медицинский бесконтактный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термометр медицинский бесконтактный предназначен для неинвазивного (бесконтактного) измерения температуры тела человека, а также температуры окружающей среды и поверхностей. Диапазон измерения температуры тела: Не уже чем от 34,0 °C до 42,5 °C. Время одного измерения: Не более 2 секунд. • Рабочее расстояние до объекта: В пределах от 1 до 5 см. • Дисплей: Жидкокристаллический (ЖК) с подсветкой для работы в условиях недостаточной освещенности. • Сигнализация: Наличие звуковой и цветовой индикации при превышении порогового значения температуры (например, выше 37,5 °C или 38,0 °C) с возможностью отключения звука. • Память: Встроенная энергонезависимая память на не менее 20 последних измерений. Термометр должен быть предоставлен с действующей поверкой средств измерений. ГОСТ 16920-93