Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996382-1
Сатып алудың атауы:	Гигрометр мен термометрлерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88801066-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Психометриялық Гигрометр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	395230100, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Қарасу а. ул. Комсомольская, 2
Жеткізу мерзімі:	согласно договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Психометриялық Гигрометр +15 °С температурада ауаның ылғалдылығын өлшейді +40 °С. Аспап ҚР СИ тізіліміне енгізілуі және Қазақстан сертификаты мен бастапқы тексеру туралы белгісі бар бұйым паспортының болуы тиіс. Тексеру аралығы 2 жыл. Психометриялық Гигрометр (психометр) а температуралық шкаласы екі капиллярмен бекітілген пластикалық негізден тұрады, олардың біреуі сумен қоректендіргішке батырылған матадан жасалған фитильмен ылғалдандырылады және салыстырмалы ылғалдылықты анықтауға арналған кесте. Фидер негіздің ішкі жағына бекітілген. Масштаб тақтасы мен кесте металл. ГОСТ 28498-90 Өлшем құралдарын бекіту және олардың типі туралы сертификатты міндетті түрде ұсыну

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996382-1
Наименование закупки:	Приобретение гигрометра и термометров
Номер лота:	№ 88801066-ЗЦП1
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	Гигрометр психометрический
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	395230100, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу ул. Комсомольская, 2
Срок поставки:	согласно договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гигрометр психометрический измеряет влажность воздуха при температуре +15 °С до +40 °С. Прибор должен быть внесён в реестр СИ РК и иметь наличие сертификата Казахстана и паспорта изделия с отметкой о первичной поверке. Межпроверочный интервал 2 года. Гигрометр психометрический (психометр) состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкал а с двумя капиллярами, один из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой , и таблица для определения относительной влажности. Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические. ГОСТ 28498-90 Обязательно предоставление сертификата об утверждении и типа средств измерений