Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17900962-1
Сатып алудың атауы:	ЭКГ және Холтер аппараттарына арналған медициналық шығын материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 43797015-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	ЭКГ және Холтер аппараттарына арналған медициналық шығын материалдары
Лоттың сипаттауы:	ЭКГ және Холтер аппараттарына арналған медициналық шығын материалдары
Лоттың нөмірі :	88481521
Лоттың атауы :	Гель
Лоттың сипаттауы:	медициналық, ұйытуға қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	BTL-4PRO 1000 мл ЭКГ үшін электр өткізгіш гель
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Шухов 37/Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА ЭКГ үшін гель, көлемі 1 литр Электрокардиография үшін өткізгіш Гель. Мақсаты: ЭКГ жүргізу кезінде пациенттің терісі мен электродтар арасындағы электрлік байланысты қамтамасыз ету. Техникалық сипаттамалары: * Көлемі: 1000 мл (1 литр). * Түрі: ЭКГ үшін медициналық өткізгіш гель. * Консистенциясы: біртекті, гель тәрізді. * Түсі: мөлдір немесе көк. * Науқастың терісі мен электродтар арасында сенімді электр өткізгіштігін қамтамасыз етеді. * Контактінің электр кедергісінің төмендеуін қамтамасыз етеді. * Мақсатына сай қолданған кезде терінің тітіркенуін тудырмауы керек. * Құрамында абразивті компоненттер болмауы керек. * Электродтар мен жабдықтардың бетіне зақым келтірмеуі керек. * Оңай жағылады және тері бетінен алынады. * Жою қиын із қалдырмайды. * Қаптама: қақпағы немесе диспенсері бар герметикалық пластикалық ыдыс. * BTL-4 Pro электрокардиографымен үйлесімділік. * Таңбалаудың, Өндіруші туралы ақпараттың, шығарылған күні мен жарамдылық мерзімінің болуы. құты (1000 мл).
Лоттың нөмірі :	88481468
Лоттың атауы :	ВЧ тістеуіктер/ВЧ электродтар
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЭКГ және Холтер мониторингі үшін бір реттік өздігінен жабысатын гельді электродтар,BTL-08 Holter және BTL-04Pro аппараттары үшін диаметрі 36 мм (100 дана қаптамада)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Шухов 37/Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА BTL-08 Holter h600 және ЭКГ BTL-4 Pro Холтер мониторингіне арналған бір реттік өздігінен жабысатын гель электродтары Атауы: ЭКГ тіркеу және Холтер мониторингі үшін бір реттік өздігінен жабысатын гельдік электродтар. Мақсаты: тәуліктік ЭКГ мониторингін және стандартты электрокардиографияны жүргізу кезінде жүректің электрлік белсенділігін тіркеу үшін.

	Техникалық сипаттамалары: * Түрі: ЭКГ үшін бір реттік өздігінен жабысатын электродтар. * Орындау: ересектер. * Байланыс элементінің материалы: AG/AgCl (күміс/күміс хлориді) немесе баламалы медициналық материал. * Байланыс түрі: алдын ала қолданылатын электр өткізгіш гель. * Негіз: икемді, гипоаллергенді, дем алатын. * Бекіту: науқастың терісіне сенімді бекітуді қамтамасыз ететін өздігінен жабысатын негіз. * Электродтар ЭКГ-ны ұзақ уақыт бақылау кезінде тұрақты электр байланысын қамтамасыз етуі керек. * Пациенттің қозғалысы кезінде ЭКГ-ны сапалы тіркеуді қамтамасыз етуі тиіс. * Дұрыс қолданған және алып тастаған кезде теріге зақым келтірмеу керек. • Бір рет қолдануға арналған. * Электродтарда гель мен желім қабатының сақталуын қамтамасыз ететін жеке немесе топтық герметикалық қаптама болуы керек. * Жарамдылық мерзімі өндірушінің талаптарына сәйкес келуі керек. * Пациенттің кабельдерімен және BTL-08 Holter h600 тіркеу жүйесімен үйлесімділік. * Сәйкес пациент кабелі мен байланыстырушы элементтерді пайдалану кезінде BTL-4 Pro жабдығымен үйлесімділік. * Байланыс түрі пациенттің қолданылатын кабельдік коннекторларына сәйкес келуі керек. * Өнім зауыттық қаптамада жеткізілуі керек.

Лоттың нөмірі :	88481437
Лоттың атауы :	Арнайы таспа
Лоттың сипаттауы:	диаграммалық, шығын, температура, қысымды есептен шығару үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЭКГ аппаратына арналған таспа (термоқағаз) өлшемі 112 мм /25м ЭКГ аппаратына арналған BTL-04pro
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Шухов 37/Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 1. BTL-4 Pro электрокардиографына арналған қағаз (таспа) Электрокардиограф үшін ыстыққа сезімтал қағаз. Мақсаты: BTL-4 Pro электрокардиографында электрокардиограммаларды тіркеу және басып шығару. Техникалық сипаттамалары: * Қағаз түрі: ыстыққа сезімтал, медициналық электрокардиографтар үшін. * Шығару формасы: орам. * Орам ені: 112 мм (111,5 ± 0,5 мм рұқсат етіледі). * Орамның ұзындығы: шамамен 22,6 М. * Орам диаметрі: 45 мм дейін. * ЭКГ тіркеу үшін қолданылатын координаталық тордың болуы. * Тор жүрек соғу жиілігінің амплитудасы мен уақыт аралықтарын нақты көрсетуі керек. * Қағаз графикалық кескінді майлау, өткізіп жіберу және бұрмалаусыз жоғары сапалы термиялық басып шығаруды қамтамасыз етуі керек. * BTL-4 Pro электрокардиографының баспа құрылғысымен үйлесімділік. * Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17900962-1
Наименование закупки:	Расходные медицинские материалы для аппаратов ЭКГ и Холтера
Номер лота:	№ 43797015-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Расходные медицинские материалы для аппаратов ЭКГ и Холтера
Описание лота:	Расходные медицинские материалы для аппаратов ЭКГ и Холтера
Номер пункта плана:	№ 88481521
Наименование пункта плана:	Гель
Описание пункта плана:	медицинский, противоспаечный
Дополнительное описание пункта плана:	Электропроводной гель для ЭКГ BTL-4pro 1000 мл
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул, Шухова 37/Б
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Гель для ЭКГ, объём 1 литр Гель токопроводящий для электрокардиографии. Назначение: Для обеспечения электрического контакта между кожей пациента и электродами при проведении ЭКГ. Технические характеристики: • Объём: 1000 мл (1 литр). • Тип: медицинский токопроводящий гель для ЭКГ. • Консистенция: однородная, гелеобразная. • Цвет: прозрачный или голубой. • Обеспечивает надёжную электропроводность между кожей пациента и электродами. • Обеспечивает снижение электрического сопротивления контакта. • Не должен вызывать раздражения кожи при использовании по назначению. • Не должен содержать абразивных компонентов. • Не должен повреждать поверхность электродов и оборудование. • Легко наносится и удаляется с поверхности кожи. • Не оставляет трудноудаляемых следов. • Упаковка: герметичная пластиковая ёмкость с крышкой или дозатором. • Совместимость с электрокардиографом BTL-4 Pro. • Наличие маркировки, информации о производителе, дате изготовления и сроке годности. флакон (1000 мл).
Номер пункта плана:	№ 88481468
Наименование пункта плана:	ВЧ щипцы/ВЧ электроды
Описание пункта плана:	медицинские
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды одноразовые самоклеящиеся гелевые для ЭКГ и холтеровского мониторирования,диаметр 36 мм для аппаратов BTL-08 Holter и BTL-04Pro (в упаковке 100 шт)
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул, Шухова 37/Б
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Электроды одноразовые самоклеящиеся гелевые для холтеровского мониторирования BTL-08 Holter H600 и ЭКГ BTL-4 Pro Наименование: Электроды одноразовые самоклеящиеся гелевые для регистрации ЭКГ и холтеровского мониторирования. Назначение: Для регистрации электрической активности сердца при проведении суточного мониторирования ЭКГ и стандартной электрокардиографии. Технические характеристики:

	• Тип: одноразовые самоклеящиеся электроды для ЭКГ. • Исполнение: взрослые. • Материал контактного элемента: Ag/AgCl (серебро/хлорид серебра) либо эквивалентный материал медицинского назначения. • Тип контакта: предварительно нанесённый электропроводящий гель. • Основа: гибкая, гипоаллергенная, воздухопроницаемая. • Крепление: самоклеящаяся основа, обеспечивающая надёжную фиксацию на коже пациента. • Электроды должны обеспечивать стабильный электрический контакт при длительном мониторировании ЭКГ. • Должны обеспечивать качественную регистрацию ЭКГ при движении пациента. • Не должны вызывать повреждения кожи при правильном применении и снятии. • Предназначены для однократного использования. • Электроды должны иметь индивидуальную или групповую герметичную упаковку, обеспечивающую сохранность геля и клеевого слоя. • Срок годности должен соответствовать требованиям производителя. • Совместимость с кабелями пациента и системой регистрации BTL-08 Holter H600. • Совместимость с оборудованием BTL-4 Pro при использовании соответствующего кабеля пациента и соединительных элементов. • Тип соединения должен соответствовать разъёмам используемых кабелей пациента. • Товар должен поставляться в заводской упаковке.

Номер пункта плана:	№ 88481437
Наименование пункта плана:	Лента специальная
Описание пункта плана:	диаграммная, для обсчета расхода, температуры, давления
Дополнительное описание пункта плана:	Лента для ЭКГ аппарата (термобумага) размер 112 мм /25м для ЭКГ аппарата BTL-04pro
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул, Шухова 37/Б
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Бумага (лента) для электрокардиографа BTL-4 Pro Бумага термочувствительная для электрокардиографа. Назначение: Для регистрации и печати электрокардиограмм на электрокардиографе BTL-4 Pro. Технические характеристики: • Тип бумаги: термочувствительная, для медицинских электрокардиографов. • Форма выпуска: рулон. • Ширина рулона: 112 мм (допускается 111,5 ± 0,5 мм). • Длина рулона: ориентировочно 22,6 м. • Диаметр рулона: до 45 мм. • Наличие нанесённой координатной сетки для регистрации ЭКГ. • Сетка должна обеспечивать чёткое отображение амплитуды и временных интервалов сердечного ритма. • Бумага должна обеспечивать качественную термопечать без смазывания, пропусков и искажений графического изображения. • Совместимость с печатающим устройством электрокардиографа BTL-4 Pro. • Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.