Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17956850-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | аурухана қажеттіліктері үшін тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88506708-ОИЗ |
| **Лоттың атауы:** | Оттегі концентрациясының сездіргісі |
| **Лоттың сипаттауы:** | наркоз-тыныс алу аппаратына арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | оттегі сенсоры COVIDE PURITAN BTNNETT oxygen sensor ref 10097559 |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. ЕскелдІ би 285 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА<br>Puritan Bennett өкпені жасанды желдету аппаратына арналған оттегі датчигі (Oxygen Sensor), REF 10097559<br>1. Тауардың атауы: өкпені жасанды желдету аппаратына арналған оттегі датчигі.<br>2. Мақсаты: оттегі датчигі өкпені жасанды желдету аппараты арқылы пациентке берілетін газ қоспасындағы оттегінің пайыздық мөлшерін өлшеуге және бақылауға арналған.<br>3. Өндірушісі: Covidien / Puritan Bennett немесе баламасы.<br>4. Каталогтық нөмірі (REF): 10097559.<br>5. Бұйымның түрі: оттегінің электрохимиялық датчигі (O2 Sensor).<br>6. Үйлесімділігі: Puritan Bennett NPB-840 өкпені жасанды желдету аппаратымен үйлесімді болуы тиіс.<br>7. Өлшеу диапазоны: оттегінің 0–100% аралығы.<br>8. Шығыс сигналы: 10–15 мВ.<br>9. Құрылымы: пластик корпустан, кіріктірілген қосу кабелінен және электрлік қосқыштан тұруы тиіс.<br>10. Орнату түрі: аппараттың штаттық орнына орнатуға арналған, бұрандалы бекіту бөлігі болуы тиіс.<br>11. Қосылу түрі: аппараттың штаттық кабелі мен қосқышына сәйкес келуі тиіс.<br>12. Жұмыс жағдайы: медициналық жабдықтың қалыпты жұмыс режимінде тұрақты өлшеуді қамтамасыз етуі тиіс.<br>13. Жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген.<br>14. Жеткізілім жиынтығы: 1 дана оттегі датчигі.<br>15. Қаптамасы: зауыттық қаптамада, механикалық зақымданусыз жеткізілуі тиіс.<br>16. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.<br>17. Жеткізуші тауарды жеткізер алдында ұсынылатын оттегі датчигінің аппаратпен үйлесімділігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.<br>18. Жеткізілетін тауар медициналық жабдықтың техникалық талаптарына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17956850-1 |
| **Наименование закупки:** | закупка товаров для нужд больницы |
| **Номер лота:** | № 88506708-ОИЗ |
| **Наименование лота:** | Датчик концентрации кислорода |
| **Описание лота:** | для наркозно-дыхательного аппарата |
| **Дополнительное описание лота:** | кислородный датчик COVIDE PURITAN BTNNETT oxygen sensor ref 10097559 |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ЕскелдI би 285 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ<br>Кислородный датчик (Oxygen Sensor) для аппарата ИВЛ Puritan Bennett, REF 10097559<br>1. Наименование товара: кислородный датчик для аппарата искусственной вентиляции лёгких.<br>2. Назначение: датчик предназначен для измерения и контроля процентного содержания кислорода в газовой смеси, подаваемой пациенту через аппарат ИВЛ.<br>3. Производитель: Covidien / Puritan Bennett или эквивалент.<br>4. Каталожный номер (REF): 10097559.<br>5. Тип изделия: электрохимический датчик кислорода (O2 Sensor).<br>6. Совместимость: аппарат искусственной вентиляции лёгких Puritan Bennett NPB-840.<br>7. Диапазон измерения: 0–100% кислорода.<br>8. Выходной сигнал: должен соответствовать техническим требованиям аппарата.<br>9. Конструкция: корпус из пластика, соединительный кабель и электрический разъём.<br>10. Тип установки: предназначен для установки в штатное посадочное место аппарата.<br>11. Тип подключения: должен соответствовать штатному кабелю и разъёму аппарата.<br>12. Условия эксплуатации: должен обеспечивать стабильное измерение в штатном режиме работы медицинского оборудования.<br>13. Состояние товара: новый, ранее не использованный, не восстановленный.<br>14. Комплектность: 1 кислородный датчик.<br>15. Упаковка: заводская, без механических повреждений.<br>16. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара.<br>17. Перед поставкой товара поставщик обязан согласовать с заказчиком совместимость предлагаемого кислородного датчика с имеющимся аппаратом ИВЛ.<br>18. Поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям и требованиям безопасности для медицинского оборудования.<br>Примечание: Предлагаемый датчик должен быть полностью совместим с аппаратом ИВЛ Puritan Bennett NPB-840 и обеспечивать корректную работу системы контроля концентрации кислорода. |