Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17487331-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық препараттар мен бұйымдарды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 86943412-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Үлпек
Лоттың сипаттауы:	рентгенді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термографиялық пленка 20 * 25 № 100. Құрғақ басып шығаруға арналған термографиялық пленка жоғары сезімталдыққа және қарама-қарсылыққа ие, ол сәулелену дозасын төмендетуге мүмкіндік береді, көгілдір түсті, жақсартылған антистатикалық жабыны бар негізге ие. Күндізгі жүктеме (жарыққа сезімтал емес пленка). Сандық рентген аппаратында жұмыс істеу үшін, DRYSTAR 5302 Type 5366/100-мен штаттық үйлесімділік + үйлесімділікті растау (толық жиынтықтау үшін).
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Термографиялық пленка 20 * 25 № 100. Құрғақ басып шығаруға арналған термографиялық пленка жоғары сезімталдыққа және қарама-қарсылыққа ие, ол сәулелену дозасын төмендетуге мүмкіндік береді, көгілдір түсті, жақсартылған антистатикалық жабыны бар негізге ие. Күндізгі жүктеме (жарыққа сезімтал емес пленка). Сандық рентген аппаратында жұмыс істеу үшін, DRYSTAR 5302 Type 5366/100-мен штаттық үйлесімділік + үйлесімділікті растау (толық жиынтықтау үшін). Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің немесе ҚР-ға бір жолғы әкелуге рұқсаттың болуы (егер тауар міндетті тіркеуге жатпайтын жағдайда уәкілетті органнан хат ұсынылады).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17487331-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских препаратов и изделий (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 86943412-ЗЦП1
Наименование лота:	Пленка
Описание лота:	рентгеновская
Дополнительное описание лота:	Термографическая пленка 20*25 №100. Термографическая пленка для сухой печати и обладает повышенной чувствительностью и контрастностью, что позволяет снизить дозу облучения, имеет основу голубого цвета, с улучшенным антистатическим покрытием. Дневная загрузка (пленка не чувствительная к свету). Для работы на цифровом ренген аппарате, штатная совместимость с DRYSTAR 5302 Type 5366/100 + подтверждение совместимости (для доукомплектации).
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термографическая пленка 20*25 №100. Термографическая пленка для сухой печати и обладает повышенной чувствительностью и контрастностью, что позволяет снизить дозу облучения, имеет основу голубого цвета, с улучшенным антистатическим покрытием. Дневная загрузка (пленка не чувствительная к свету). Для работы на цифровом ренген аппарате, штатная совместимость с DRYSTAR 5302 Type 5366/100 + подтверждение совместимости (для доукомплектации). Наличие государственной регистрации в Республике Казахстан или разрешения на разовый ввоз в РК (в случаев если товар не подлежит обязательной регистрации предоставляется письмо с уполномоченного органа).