Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17709773-1
Сатып алудың атауы:	Молекулалық биология, биохимия және микробиология кафедрасына арналған реактивтер (орын.: 8 701 745 35 82 - Айгуль)
Лоттың нөмірі:	№ 82267918-ОИ2
Лоттың атауы :	Аспартатаминотрансфераза
Лоттың сипаттауы:	ұйытқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АСТ анықтауға арналған жинақ. Жинақ Сарысудағы немесе қан плазмасындағы Аспартатаминотрансферазаның (АСТ) белсенділігін Райтман-Френкельдің біріздендірілген динитрофенилгидразин әдісімен анықтауға арналған. Жинақтың құрамы: № 1 субстрат қоспасы - 1 × 100 мл; № 2 ерітінді 2,4-ДНФГ-1 × 100 мл; №3 натрий гидроксиді-1 × 100 мл; Калибратор - 1 × 5,0 мл; сызықтық: 0,067-1,25 мкмоль (с×л) белсенділік диапазонында 10% - дан аспайтын ауытқу); Сезімталдық: 0,05 мкмольден аспайды(с×л); вариация коэффициенті: 6% - дан аспайды. Қолда бар аспаптарда жұмыс істеу үшін: ПД-303 спектрофотометрі және "ЗОМЗ"КФК-3 фотометрі. ГОСТ ISO 15193-2015 (Биомедицина кафедрасы)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя, к. 40
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АСТ анықтауға арналған жинақ. Жинақ Сарысудағы немесе қан плазмасындағы Аспартатаминотрансферазаның (АСТ) белсенділігін Райтман-Френкельдің біріздендірілген динитрофенилгидразин әдісімен анықтауға арналған. Жинақтың құрамы: № 1 субстрат қоспасы - 1 × 100 мл; № 2 ерітінді 2,4-ДНФГ-1 × 100 мл; №3 натрий гидроксиді-1 × 100 мл; Калибратор - 1 × 5,0 мл; сызықтық: 0,067-1,25 мкмоль (с×л) белсенділік диапазонында 10% - дан аспайтын ауытқу); Сезімталдық: 0,05 мкмольден аспайды(с×л); вариация коэффициенті: 6% - дан аспайды. Қолда бар аспаптарда жұмыс істеу үшін: ПД-303 спектрофотометрі және "ЗОМЗ"КФК-3 фотометрі. ГОСТ ISO 15193-2015 (Биомедицина кафедрасы)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17709773-1
Наименование закупки:	Реактивы для кафедры молекулярной биологии, биохимии и микробиологии (исп.: 8 701 745 35 82 - Айгуль)
Номер лота:	№ 82267918-ОИ2
Наименование лота:	Аспартатаминотрансфераза
Описание лота:	фермент
Дополнительное описание лота:	Набор для определения АСТ. Набор предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови унифицированным динитрофенилгидразиновым методом Райтмана-Френкеля. Состав набора: №1 Субстратная смесь - 1 × 100 мл; №2 Раствор 2,4-ДНФГ - 1 × 100 мл; №3 Гидроокись натрия - 1 × 100 мл; Калибратор - 1 × 5,0 мл; Линейность: отклонение не более 10 % в диапазоне активностей 0,067-1,25 мкмоль (с×л); Чувствительность: не более 0,05 мкмоль(с×л); Коэффициент вариации: не более 6 %. Для работы на имеющихся приборах: спектрофотометре ПД-303 и фотометре КФК-3 «ЗОМЗ». ГОСТ ISO 15193-2015 (Кафедра Биомедицины)
Количество:	10
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Гоголя, 40
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор для определения АСТ. Набор предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови унифицированным динитрофенилгидразиновым методом Райтмана-Френкеля. Состав набора: №1 Субстратная смесь - 1 × 100 мл; №2 Раствор 2,4-ДНФГ - 1 × 100 мл; №3 Гидроокись натрия - 1 × 100 мл; Калибратор - 1 × 5,0 мл; Линейность: отклонение не более 10 % в диапазоне активностей 0,067-1,25 мкмоль (с×л); Чувствительность: не более 0,05 мкмоль(с×л); Коэффициент вариации: не более 6 %. Для работы на имеющихся приборах: спектрофотометре ПД-303 и фотометре КФК-3 «ЗОМЗ». ГОСТ ISO 15193-2015 (Кафедра Биомедицины)