Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17942070-3
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87765893-ОК1
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000177
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	15
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	39200
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	588000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	"С гепатиті вирусына қарсы G және М класты иммуноглобулиндерді иммуноферменттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағының медициналық-техникалық сипаттамасы С гепатиті вирусына (СГВ) қарсы G және М класты иммуноглобулиндерді иммуноферменттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы. Анықтау әдісі рекомбинантты антигендерді қолдана отырып жүргізілетін қатты фазалы иммуноферменттік талдауға (ИФТ) негізделген. Бірінші инкубация кезеңінде зерттелетін үлгілерде СГВ-ға қарсы антиденелер болған жағдайда, олар планшет ұяшықтарының бетіне иммобилизацияланған рекомбинантты ақуыздармен байланысады. Екінші инкубация кезеңінде адам IgG иммуноглобулиндеріне қарсы антиденелер мен адам IgM иммуноглобулиндеріне қарсы антиденелердің пероксидазалық конъюгаттар қоспасы бірінші инкубация барысында байланысқан антиденелермен әрекеттеседі. Одан әрі тетраметилбензидин ерітіндісімен инкубациялау кезінде түзілген «антиген–антидене» кешендері бар ұяшықтардағы ерітінді боялады. Реакция тоқтатқыш реагентті қосу арқылы тоқтатылады және ұяшықтардағы ерітінділердің оптикалық тығыздығы (ОТ) екі толқын ұзындығы режимінде өлшенеді: негізгі толқын ұзындығы – кемінде 450 нм; салыстыру толқын ұзындығы – 620 нм-ден кем емес және 650 нм-ден аспайтын диапазонда. Немесе өлшеу кемінде 450 нм толқын ұзындығында жүргізіледі. Сары түстің қарқындылығы зерттелетін үлгідегі СГВ-ға қарсы антиденелердің мөлшеріне тура пропорционал. Жинақтың құрамы Жинақ құрамына мыналар кіреді: 1. С гепатиті вирусының иммобилизацияланған рекомбинантты антигендері бар, пайдалануға дайын бөлшектелетін планшет – кемінде 1 дана; 2. СГВ-ға қарсы антиденелері бар, адам қанының инактивтелген сарысуы негізінде дайындалған, пайдалануға дайын оң бақылау үлгісі (К+) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1 мл; 3. СГВ-ға қарсы антиденелері жоқ, адам қанының инактивтелген сарысуы негізінде дайындалған, пайдалануға дайын теріс бақылау үлгісі (К–) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1 мл; 4. Конъюгат (желкек пероксидазасымен таңбаланған адам IgG және IgM иммуноглобулиндеріне қарсы антиденелер қоспасы), концентрат – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 5. Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 13 мл; 6. Қан сарысуын сұйылтуға арналған ерітінді (РС) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 10 мл; 7. Твин қосылған фосфатты-тұзды буферлік ерітіндінің 25 еселік концентраты (ФСБ-Т × 25) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 28 мл; 8. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 9. Субстраттық буферлік ерітінді (СБР) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 13 мл; 10. Пайдалануға дайын реакцияны тоқтатқыш реагент – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 12 мл. Жинақтың қосымша жиынтықталымы Планшетті жабуға арналған үлдірлер – кемінде 3 дана; Реагенттерге арналған науашалар – кемінде 2 дана; Тамшуырларға арналған ұштықтар – кемінде 16 дана. Жинақтың талдау жүргізу мүмкіндігі 2 жинақтан тұратын жиынтық бақылау үлгілерін қоса алғанда, кемінде 96 (12 × 8) талдау

	жүргізуге арналған (әрбір талдау қойылымында бақылау үлгілерін орналастыру үшін 4 ұяшық пайдаланылады). Жинақ талдауды қолмен жүргізуге арналған (жинақты бір стриптен бастап бөліп пайдалануға мүмкіндік қарастырылған). Жинақты ашық типті автоматты ИФТ-анализаторларында пайдалануға болады. Жеткізу кезіндегі міндетті талаптар 1. Медициналық бұйым Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органы берген, қолданыстағы Қазақстан Республикасының тіркеу куәлігіне немесе Еуразиялық экономикалық одақтың медициналық бұйымды тіркеу куәлігіне ие болуы тиіс. Тиісті тіркеу құжаты Тапсырыс берушіге тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы міндетті. 2. Егер жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес медициналық бұйым ретінде мемлекеттік тіркеуге жатпайтын болса, Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы сараптама ұйымының немесе уәкілетті органның оны мемлекеттік тіркеуден өткізу қажеттілігінің жоқтығы туралы ресми хатын (түсіндірмесін) ұсынуға міндетті. 3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК берген өнімнің сәйкестік сертификаты болуы тиіс. 4. Қолдану жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы міндетті. Сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын қаптама талаптары Медициналық бұйым әрбір сериясы (партиясы) бойынша тиісті таңбалауы бар картон қаптамада жеткізілуі тиіс."
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	"С гепатиті вирусына қарсы G және М класты иммуноглобулиндерді иммуноферменттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағының медициналық-техникалық сипаттамасы С гепатиті вирусына (СГВ) қарсы G және М класты иммуноглобулиндерді иммуноферменттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы. Анықтау әдісі рекомбинантты антигендерді қолдана отырып жүргізілетін қатты фазалы иммуноферменттік талдауға (ИФТ) негізделген. Бірінші инкубация кезеңінде зерттелетін үлгілерде СГВ-ға қарсы антиденелер болған жағдайда, олар планшет ұяшықтарының бетіне иммобилизацияланған рекомбинантты ақуыздармен байланысады. Екінші инкубация кезеңінде адам IgG иммуноглобулиндеріне қарсы антиденелер мен адам IgM иммуноглобулиндеріне қарсы антиденелердің пероксидазалық конъюгаттар қоспасы бірінші инкубация барысында байланысқан антиденелермен әрекеттеседі. Одан әрі тетраметилбензидин ерітіндісімен инкубациялау кезінде түзілген «антиген–антидене» кешендері бар ұяшықтардағы ерітінді боялады. Реакция тоқтатқыш реагентті қосу арқылы тоқтатылады және ұяшықтардағы ерітінділердің оптикалық тығыздығы (ОТ) екі толқын ұзындығы режимінде өлшенеді: негізгі толқын ұзындығы – кемінде 450 нм; салыстыру толқын ұзындығы – 620 нм-ден кем емес және 650 нм-ден аспайтын диапазонда. Немесе өлшеу кемінде 450 нм толқын ұзындығында жүргізіледі. Сары түстің қарқындылығы зерттелетін үлгідегі СГВ-ға қарсы антиденелердің мөлшеріне тура пропорционал. Жинақтың құрамы Жинақ құрамына мыналар кіреді: 1. С гепатиті вирусының иммобилизацияланған рекомбинантты антигендері бар, пайдалануға дайын бөлшектелетін планшет – кемінде 1 дана; 2. СГВ-ға қарсы антиденелері бар, адам қанының инактивтелген сарысуы негізінде дайындалған, пайдалануға дайын оң бақылау үлгісі (К+) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1 мл; 3. СГВ-ға қарсы антиденелері жоқ, адам қанының инактивтелген сарысуы негізінде дайындалған, пайдалануға дайын теріс бақылау үлгісі (К–) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1 мл; 4. Конъюгат (желкек пероксидазасымен таңбаланған адам IgG және IgM иммуноглобулиндеріне қарсы антиденелер қоспасы), концентрат – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 5. Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 13 мл; 6. Қан сарысуын сұйылтуға арналған ерітінді (РС) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 10 мл; 7. Твин қосылған фосфатты-тұзды буферлік ерітіндінің 25 еселік концентраты (ФСБ-Т × 25) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 28 мл; 8. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 9. Субстраттық буферлік ерітінді (СБР) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 13 мл; 10. Пайдалануға дайын реакцияны тоқтатқыш реагент – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 12 мл. Жинақтың қосымша жиынтықталымы Планшетті жабуға арналған үлдірлер – кемінде 3 дана; Реагенттерге арналған науашалар – кемінде 2 дана; Тамшуырларға арналған ұштықтар – кемінде 16 дана. Жинақтың талдау жүргізу мүмкіндігі 2 жинақтан тұратын жиынтық бақылау үлгілерін қоса алғанда, кемінде 96 (12 × 8) талдау

	жүргізуге арналған (әрбір талдау қойылымында бақылау үлгілерін орналастыру үшін 4 ұяшық пайдаланылады). Жинақ талдауды қолмен жүргізуге арналған (жинақты бір стриптен бастап бөліп пайдалануға мүмкіндік қарастырылған). Жинақты ашық типті автоматты ИФТ-анализаторларында пайдалануға болады. Жеткізу кезіндегі міндетті талаптар 1. Медициналық бұйым Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органы берген, қолданыстағы Қазақстан Республикасының тіркеу куәлігіне немесе Еуразиялық экономикалық одақтың медициналық бұйымды тіркеу куәлігіне ие болуы тиіс. Тиісті тіркеу құжаты Тапсырыс берушіге тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы міндетті. 2. Егер жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес медициналық бұйым ретінде мемлекеттік тіркеуге жатпайтын болса, Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы сараптама ұйымының немесе уәкілетті органның оны мемлекеттік тіркеуден өткізу қажеттілігінің жоқтығы туралы ресми хатын (түсіндірмесін) ұсынуға міндетті. 3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК берген өнімнің сәйкестік сертификаты болуы тиіс. 4. Қолдану жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы міндетті. Сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын қаптама талаптары Медициналық бұйым әрбір сериясы (партиясы) бойынша тиісті таңбалауы бар картон қаптамада жеткізілуі тиіс."
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17942070-3
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 87765893-ОК1
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000177
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	15
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	39200
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	588000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А

Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность (ОП) растворов в лунках в двухволновом режиме: при основной длине волны не менее 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне не менее 620 не более 650 нм; или при длине волны не менее 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце антител к ВГС. Состав: В состав набора входят: - планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – не менее 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – не менее 1 фл., обьемом не менее 1 мл; - отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования –не менее 1 фл., обьемом не менее 1 мл; - конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – не менее 1 фл., обьемом не менее 13 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) – не менее 1 фл., обьемом не менее 10 мл; не менее 25-кратного концентрата фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – не менее 1 фл., обьемом не менее 28 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; - субстратный буферный раствор (СБР) –не менее 1 фл., обьемом не менее 13 мл; - стоп-реагент, готовый для использования –не менее 1 фл., обьемом не менее 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: - плёнками для заклеивания планшета – не менее 3 шт., - ванночками для реагента –не менее 2 шт., - наконечниками для пипеток – не менее 16 шт. Комплект 2 набора рассчитан на проведение не менее 96 (12×8) анализов, включая контроли (по 4 лунки в каждой постановке). Набор предназначен для ручной постановки анализа (предусмотрено дробное использование набора по одному стрипу). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Обязательное условие при поставке: -Наличие действующего регистрационного удостоверения Республики Казахстан на медицинское изделие (или регистрационного удостоверения Евразийского экономического союза),

	выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, предоставляемого при передаче товара Заказчику. В случае если поставляемый товар в соответствии с законодательством Республики Казахстан не подлежит государственной регистрации в качестве медицинского изделия, Поставщик при поставке обязан предоставить официальное письмо (разъяснение) экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий либо уполномоченного органа об отсутствии необходимости его государственной регистрации. -Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применению Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия."
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность (ОП) растворов в лунках в двухволновом режиме: при основной длине волны не менее 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне не менее 620 не более 650 нм; или при длине волны не менее 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце антител к ВГС. Состав: В состав набора входят: - планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – не менее 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – не менее 1 фл., обьемом не менее 1 мл; - отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования –не менее 1 фл., обьемом не менее 1 мл; - конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – не менее 1 фл., обьемом не менее 13 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) – не менее 1 фл., обьемом не менее 10 мл; не менее 25-кратного концентрата фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – не менее 1 фл., обьемом не менее 28 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; - субстратный буферный раствор (СБР) –не менее 1 фл., обьемом не менее 13 мл; - стоп-реагент, готовый для использования –не менее 1 фл., обьемом не менее 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: - плёнками для заклеивания планшета – не менее 3 шт., - ванночками для реагента –не менее 2 шт., - наконечниками для пипеток – не менее 16 шт. Комплект 2 набора рассчитан на проведение не менее 96 (12×8) анализов, включая контроли (по 4 лунки в каждой постановке). Набор предназначен для ручной постановки анализа (предусмотрено дробное использование набора по одному стрипу). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Обязательное условие при поставке: -Наличие действующего регистрационного удостоверения Республики Казахстан на медицинское изделие (или регистрационного удостоверения Евразийского экономического союза),

	выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, предоставляемого при передаче товара Заказчику. В случае если поставляемый товар в соответствии с законодательством Республики Казахстан не подлежит государственной регистрации в качестве медицинского изделия, Поставщик при поставке обязан предоставить официальное письмо (разъяснение) экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий либо уполномоченного органа об отсутствии необходимости его государственной регистрации. -Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применению Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия."
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).