Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17991441-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық өнім |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88506965-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Гемолизделген қан |
| **Лоттың сипаттауы:** | ерітінді |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | KT-60 автоматты гематологиялық анализаторына арналған бақылау материалы |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы,Владимирская 1а |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс беруші тапсырыс берген күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде,2026 жылдың аяғына дейін |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | KT-60 автоматты гематологиялық анализаторына арналған бақылау материалы.Бақылау қаны KT-60 үш популяциялы гематологиялық анализаторында алынған нәтижелердің дәлдігі мен сенімділігін бағалауға арналған. Сақтау мерзімі: 2–8°C температурада 3 ай. Ашылған құтының тұрақтылығы: 2–8°C температурада 14 күнге дейін. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17991441-1 |
| **Наименование закупки:** | Медицинские изделие (мед.орг) |
| **Номер лота:** | № 88506965-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Кровь гемолизированная |
| **Описание лота:** | раствор |
| **Дополнительное описание лота:** | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора KT-60 |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау г Атырау,улица Владимирская 1а |
| **Срок поставки:** | Согласно заявке заказчика в течение 10-ти рабочих дней, в течение 2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора KT-60.Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе KT-60 по 3 популяциям. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°C. Стабильность вскрытого флакона до 14 дней при температуре от 2 до 8°C |