Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17325622-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81760370-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған 0-400mbar CL 1.0 IP65 Ø 100 G1/2 манометрі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшеу диапазоны 0-ден кем емес 400 мбардан артық емес немесе 0-ден кем емес 0,04 МПа артық емес немесе 0-ден кем емес 400 кПа артық емес. Дәлдік класы (CL) 1.0-ден кем емес (рұқсат етілген қателік ± шкаланың максималды мәнінің 1% - % аспайды). Шаңнан қорғау дәрежесі IP65-тен кем емес (шаң өткізбейтін құрылғы, су ағындарына төзімді). Корпустың диаметрі (Ø) кемінде 100 мм. жүйеге қосылу: радиалды (немесе осьтік), G 1/2 жіп. Арматура мен механизмнің материалы: мыс қорытпасы немесе тот баспайтын болат. Корпус: тот баспайтын болат немесе соққыға төзімді пластик. МЕМСТ 2405-88

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17325622-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81760370-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр 0-400mbar CL 1.0 IP65 Ø 100 G1/2 для РК
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диапазон измерений не менее 0 не более 400 mbar или не менее 0 не более 0,04 МПа или не менее 0 не более 400 кПа. Класс точности (CL) не хуже 1.0 (допустимая погрешность составляет ± не более 1% от максимального значения шкалы). Степень пылевлагозащиты не менее IP65 (пыленепроницаемый прибор, устойчив к струям воды). Диаметр корпуса (Ø) не менее 100 мм. Присоединение к системе: Радиальное (или осевое), резьба G 1/2. Материал штуцера и механизма: медный сплав или нержавеющая сталь. Корпус: Нержавеющая сталь или ударопрочный пластик. ГОСТ 2405-88