Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000704-1
Сатып алудың атауы:	Өлшеу үшін манометрлерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85360903-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	дірілге төзімді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дірілге төзімді манометр (DM8008-VUf үлгісі немесе баламасы); өлшеу диапазоны: 0–1,6 МПа; корпус диаметрі: 100 мм; дәлдік класы: 1,0 немесе одан жоғары. Корпусы тот баспайтын болаттан жасалған, іші глицеринмен толтырылған, қосылуы — радиалды М20×1,5, қорғаныс дәрежесі — кемінде IP54. Бұйым жаңа болуы тиіс; онымен бірге техникалық төлқұжат және бастапқы калибрлеу туралы жарамды сертификат берілуі қажет. Жеткізу алдында өнімнің техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрі Тапсырыс беруші тарапынан мақұлдануы тиіс.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	612037100, Түркістан облысы, Кентау қ., Хантағы а. Рыскулов 111
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дм8008-ВУф немесе эквивалент түріндегі дірілге төзімді Манометр, өлшеу диапазоны-0-1, 6 МПа, корпустың диаметрі — 100 мм, дәлдік класы — 1,0-ден кем емес. Тот баспайтын болаттан жасалған Корпус, глицеринмен толтыру, М20×1,5 радиалды қосылу, қорғаныс дәрежесі IP54-тен төмен емес. Тауар жаңа, паспорты және қолданыстағы бастапқы тексерісі бар. Жеткізу алдында тауардың сипаттамалары мен түрі Тапсырыс берушімен келісіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000704-1
Наименование закупки:	Закупка манометров для измерения
Номер лота:	№ 85360903-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	виброустойчивый
Дополнительное описание лота:	Манометр виброустойчивый типа ДМ8008-ВУф или эквивалент, диапазон измерения — 0–1,6 МПа, диаметр корпуса — 100 мм, класс точности — не хуже 1,0. Корпус из нержавеющей стали, заполнение глицерином, радиальное присоединение М20×1,5, степень защиты — не ниже IP54. Товар новый, с паспортом и действующей первичной поверкой. Перед поставкой характеристики и вид товара согласовываются с Заказчиком.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	612037100, Туркестанская область, г.Кентау, с.Кантаги Рыскулова 111
Срок поставки:	В течение 15 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Манометр виброустойчивый типа ДМ8008-ВУф или эквивалент, диапазон измерения — 0–1,6 МПа, диаметр корпуса — 100 мм, класс точности — не хуже 1,0. Корпус из нержавеющей стали, заполнение глицерином, радиальное присоединение М20×1,5, степень защиты — не ниже IP54. Товар новый, с паспортом и действующей первичной поверкой. Перед поставкой характеристики и вид товара согласовываются с Заказчиком.