Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17627010-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87320538-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Инфузиялық жүйе |
| **Лоттың сипаттауы:** | инфузиялық ертінділерді құюға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Инфузиялық тығын |
| **Саны, көлемі:** | 564 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "1. техникалық сипаттамасы: Луер-Лок коннекторы бар инфузиялық инъекциялық штепсель, сыртқы және ішкі жіптері бар, стерильді. Инъекциялық штепсель болюсті инъекцияға арналған, қорғаныс штепселі катетерлер мен инфузиялық желілердің порттарын герметикалық түрде жабуға мүмкіндік береді, бұл дәрі-дәрмектерді инемен кірістірілген мембрана арқылы штепсельді алып тастамай енгізуге мүмкіндік береді. Құрамында латекс жоқ, стерильді, бір рет қолданылады. 2. функционалдық сипаттамасы: бір немесе бір мезгілде бірнеше препараттарды бір веноздық қол жеткізу арқылы инфузиялау кезінде инфузиялық жүйеге қосылуға арналған. 3. сапалық сипаттамасы: денсаулыққа қауіпсіз материалдардан жасалған, құрамында латекс жоқ. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Сериясы мен шығарылған күні көрсетілген өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында жеткізілуі керек. Жеке қаптамада: серия (партия) нөмірі, медициналық бұйымның атауы, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы, жарамдылық мерзімі нақты көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: бір рет пайдалану, стерильді. Жеке стерильді қаптама. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен міндетті келісу." |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17627010-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп изделий медицинского назначения |
| **Номер лота:** | № 87320538-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Система инфузионная |
| **Описание лота:** | для переливания инфузионных растворов |
| **Дополнительное описание лота:** | Заглушка инфузионная |
| **Количество:** | 564 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "1. техническая характеристика: заглушка инфузионная инъекционная с разъёмом Луер-Лок, с наружной и внутренней резьбой, стерильная. Инъекционная заглушка предназначена для болюсной инъекции, защитная заглушка позволяет герметично закрывать порты катетеров и инфузионных линий, обеспечивая возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану без снятия заглушки. Не содержит латекса, стерильная, однократного использования. 2. функциональная характеристика: предназначена для подключения к инфузионной системе при инфузии одного или одновременно нескольких препаратов через один венозный доступ. 3. качественная характеристика: изготовлена из безопасных для здоровья материалов, не содержит латекс. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. Должно поставляться в оригинальной упаковке производителя с указанием серии и даты производства. На индивидуальной упаковке должны быть чётко указаны: номер серии (партии), наименование медицинского изделия, регистрационное удостоверение, условия хранения, наименование производителя, срок годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: однократного использования, стерильно. Индивидуальная стерильная упаковка. Перед поставкой обязательное согласование с заказчиком." |