Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17962466-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Лоттың нөмірі:	№ 84402755-ОИЗ
Лоттың атауы:	Таразы
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Весы медицинские
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615530200, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Қосмезгіл а. Кентогай 7Б
Жеткізу мерзімі:	20 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Технические характеристики медицинских электронных весов с ростомером Ростомері бар медициналық электронды таразының техникалық сипаттамалары Параметр (RU) Параметр (KZ) Значение / Мәні Наибольший предел взвешивания (Max) Салмақ өлшеудің ең жоғары шегі 200 кг Наименьший предел взвешивания (Min) Салмақ өлшеудің ең төменгі шегі 1 кг Дискретность ответа (цена деления) Бөліну құны 50 г (до 100 кг) / 100 г (св. 100 кг) Диапазон измерения роста Бойды өлшеу диапазоны 0,8 м — 2,2 м (80 — 220 см) Погрешность измерения роста Бойды өлшеудеге қателік ±4 мм Пределы погрешности взвешивания Салмақты өлшеу қателігі ±25 г (до 25 кг), ±50 г (25–100 кг), ±100 г (св. 100 кг) Выборка массы тары Ыдыс салмағын алып тастау диапазоны 0 — 20 кг Дополнительные функции Қосымша функциялар Вычисление ИМТ (индекс массы тела) / Дене салмағының индексін (ДСИ) есептеу Питание Электр қоректендіру көзі Сеть 220 В (через адаптер) / аккумуляторы AA (3 шт.) Диапазон рабочих температур Жұмыс температурасының диапазоны +10 °C ... +40 °C Габаритные размеры (в рабочем виде) Жұмыс жағдайындағы габариттік өлшемдері 580 × 540 × 2430 мм Масса весов Таразының салмағы не более / асырмайды: 13 кг Средний срок службы Орташа қызмет ету мерзімі 6 — 8 лет / жыл СТ РК 2.371-2015

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17962466-1
Наименование закупки:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Номер лота:	№ 84402755-ОИЗ
Наименование лота:	Весы
Описание лота:	медицинские
Дополнительное описание лота:	Весы медицинские
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615530200, Туркестанская область, район Сауран, с. Космезгил Кентогай 7Б
Срок поставки:	в течение 20 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики медицинских электронных весов с ростомером Ростомері бар медициналық электронды таразының техникалық сипаттамалары Параметр (RU) Параметр (KZ) Значение / Мәні Наибольший предел взвешивания (Max) Салмақ өлшеудің ең жоғары шегі 200 кг Наименьший предел взвешивания (Min) Салмақ өлшеудің ең төменгі шегі 1 кг Дискретность ответа (цена деления) Бөліну құны 50 г (до 100 кг) / 100 г (св. 100 кг) Диапазон измерения роста Бойды өлшеу диапазоны 0,8 м — 2,2 м (80 — 220 см) Погрешность измерения роста Бойды өлшеудеге қателік ±4 мм Пределы погрешности взвешивания Салмақты өлшеу қателігі ±25 г (до 25 кг), ±50 г (25–100 кг), ±100 г (св. 100 кг) Выборка массы тары Ыдыс салмағын алып тастау диапазоны 0 — 20 кг Дополнительные функции Қосымша функциялар Вычисление ИМТ (индекс массы тела) / Дене салмағының индексін (ДСИ) есептеу Питание Электр қоректендіру көзі Сеть 220 В (через адаптер) / аккумуляторы AA (3 шт.) Диапазон рабочих температур Жұмыс температурасының диапазоны +10 °C ... +40 °C Габаритные размеры (в рабочем виде) Жұмыс жағдайындағы габариттік өлшемдері 580 × 540 × 2430 мм Масса весов Таразының салмағы не более / асырмайды: 13 кг Средний срок службы Орташа қызмет ету мерзімі 6 — 8 лет / жыл СТ РК 2.371-2015